

MEMORANDO SEI Nº 0014466172/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 29 de setembro de 2022.

À SAP.LCT

Encaminhamos os pareceres das amostras apresentadas para os itens 22 e 52:

Item	Material/Serviço	Marca	Unid. medida	EMPRESA	8.9.1-REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA	PARECER
22	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, BRANCO. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS APROXIMADAS = 115 X 150 CM, SENDO ACEITO VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	PROTMED	Peças	FARMA MEDICAL	81100920016-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Conforme parecer técnico 0014465670, "O edital exige avental com medidas de 115 X 150 cm e a amostra apresentada possui medidas de 106 X 125 cm." Amostra reprovada.
52	29858 - MASCARA PFF2 PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 RESPIRADOR COM FILTRO CLASSE PFF-2, APRESENTANDO EFICIENCIA DE FILTRACAO NO MÍNIMO DE 94% CONTRA A PENETRACAO DE AEROSSOIS PARTICULADOS NAO OLEOSOS E EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA (EFB) SUPERIOR A 99%, COM BARREIRA CONTRA FLUIDOS E PARTICULAS GRANDES DE GOTICULA. DESCARTAVEL, PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL PARA PARTICULAS, DE USO INDIVIDUAL, FORMATO ANATOMICO, TIPO CONCHA OU BICO DE PATO, FACIL AJUSTE FACIAL, VEDACAO ADEQUADA, TAMANHO REGULAR, PEQUENO, COM UM CLIPE NASAL PARA AJUSTE NO NARIZ COM PROTECAO INTERNA E COM DOIS TIRANTES ELASTICOS PARA UMA MELHOR FIXACAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698/1996, ATENDER NORMAS VIGENTES DE EPI. EMBALAGEM UNITARIA CONSTANDO VALIDADE, LOTE, FABRICANTE. APRESENTAR ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANCA E SAÚDE OU LAUDOS COMPROBATÓRIOS DE EFICIENCIA DE FILTRACAO CONTRA A PENETRACAO DE AEROSSOIS PARTICULADOS NAO OLEOSOS E EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA (EFB).	Nayr	Unidade	AFR DISTRIBUIDORA	82020320007 - REGISTRO VIGENTE, CONFIRMADO NO PORTAL ANVISA.	Amostra aprovada conforme Parecer Técnico SEI 0014466065

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 29/09/2022, às 17:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014466172** e o código CRC **3A6E8A10**.



Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 0014465670/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 29 de setembro de 2022.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM 22

DESCRIÇÃO	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, BRANCO. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS APROXIMADAS = 115 X 150 CM, SENDO ACEITO VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO
FORNECEDOR	FARMA MEDICAL
MARCA	PROTMED
REGISTRO ANVISA	81100920016
LOTE	114577
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O edital exige avental com medidas de 115 X 150 cm e a amostra apresentada possui medidas de 106 X 125 cm.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não possui as medidas exigidas no edital.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 29/09/2022, às 17:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014465670** e o código CRC **B7F17098**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.236135-3

0014465670v4

**ENTREGA DE AMOSTRAS
PREGÃO 324/2022**

À : CAME – Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos
Prefeitura Municipal de Joinville-SC

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:

Razão Social: FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
Endereço: Rua Rosa Cruz n.º 97, Bairro Nossa Senhora das Graças
Município: Manaus Estado: Amazonas
CEP: 69.053-490
CNPJ: 40.273.753/0001-95

Apresentamos a V.Sª, nossa amostra do seguinte item, nos termos do Edital e seus Anexos, conforme abaixo relacionado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Qtde	UND.	QTDE ENTREGUE
22	Avental de procedimento descartável confeccionado em TNT. Não estéril. Gramatura de 30g/m², branco, hipoalergênico. Manga longa com punho em elástico, decote com vies e no acabamento, sistema de ajuste e fixação através de dois pares de amarrilhos, acabamento com overlock. Embalagem individual, tamanho grande	PROTMED	720.000	Peças	10

Dados do Representante Legal da Empresa :

Nome: ELTON ARLEI STALL
CPF: 005.889.889-10
RG nº: 3803965 SSP/SC
Fone: (11) 4280-9373 e (47) 99173-8731
E-mail: ms@farmamedicalbr.com

Manaus – AM, 27 de setembro de 2022

**ELTON ARLEI
STALL:00588988910**

Assinado de forma digital por
ELTON ARLEI STALL:00588988910
Dados: 2022.09.27 13:30:27 -03'00'

ELTON ARLEI STALL
RG nº3803965 SSP/SC
CPF nº_005.889.889-10

ANVISA: 125043-4 | 125031-2 | 821695-9 | 310119-5 | 402999-9

FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA

CNPJ: 40.273.753/0001-95 | Insc. Estadual: 11.940.749 | CRF/RJ: 3062

Fone: +55 11 4280-9373 | E-mail: office@farmamedicalbr.com

OFFICE: Av. Rio Negro, 1030 - Cj. 206 - Alphaville Empresarial - Barueri, SP

Comprovante envio de amostras item 22- Farma Medical (0014465616)

SEI 22.0.236135-37 pg. 3

Avental Descartável Manga Longa Impermeável



Avental Descartável Manga Longa - Código: AVD128C

Avental Descartável Manga Longa Impermeável feito 100% polipropileno revestido de polietileno.

Material atóxico, cor branca, não-estéril.

IMPERMEÁVEL À LÍQUIDOS PULVERIZADOS E RESPINGOS.

Dimensões aproximadas: 1,40 x 1,15m.

Embalado em pacotes com 10 unidades.

Gramatura 40g.

Manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, umidade e calor excessivo.

(Por tratar-se de composto a base de polietileno, seu contato com temperaturas elevadas poderá modificar suas características ou resistência mecânicas).



Contém um par de tiras no pescoço e um par de tiras na cintura para ajustes embutidos no próprio avental.

ANVISA: 125043-4 | 125031-2 | 821695-9 | 310119-5 | 402999-9


FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA

CNPJ: 40.273.753/0001-95 | Insc. Estadual: 11.940.749 | CRF/RJ: 3062

Fone: +55 11 4280-9323 | E-mail: office@farmamedicalbr.com

OF: IGF - Al. Rio Negro, 1030 - CJ. 206 - Alphaville Empresarial - Barueri, SP

Comprovante envio de amostras Item 22- Farma Medical (0014465616) NUP. SEI 22-0.236135-3 / pg. 4



Elástico no pulso

Avental Descartável Manga Longa Impermeável Indicado para:

Indústrias em Geral, Frigorífico e Pescado, Estética e Salão de Beleza, Supermercados / Açougues / Padarias, Laticínios / Queijarias / Farmácias e assim como Laboratórios, Clínicas e Hospitais, Indústria de Bebidas, Construção Civil, Usinas, bem como Petrolífero / Mineração, Indústria Farmacêutica e Química, Fábrica de Plásticos / Embalagens / Reciclagens, bem como Instituições de Ensino / Órgãos Públicos, Metalúrgicas / Fábrica de Máquinas, Restaurantes e Lanchonetes / Cozinhas Industriais, assim como Cooperativas, Indústrias Alimentícias, Serviços de Limpeza e Prestação de Serviços / Pintura, Clínica Veterinária bem como Pet Shop.

<https://protmed.com.br/produtos/avental-descartavel-manga-longa-impermeavel/>

ANVISA: 125043-4 | 125031-2 | 821695-9 | 310119-5 | 402999-9

FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA

CNPJ: 40.273.753/0001-95 | Insc. Estadual: 11.940.749 | CRE/RJ: 3062

Fone: +55 11 4280-9373 | E-mail: office@farmamedicalbr.com

OFFICE: Av. Rio Negro, 1030 - CJ. 206 - Alphaville Empresarial - Barueri, SP

Comprovante envio de amostras Item 22 - Farma Medical (0014485616) NFE SEI 22/0.236135-3 / pg. 5



ANÁLISE SEI Nº 0014466065/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 29 de setembro de 2022.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM 52

DESCRIÇÃO	29858 - MASCARA PFF2 PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 RESPIRADOR COM FILTRO CLASSE PFF-2, APRESENTANDO EFICIENCIA DE FILTRACAO NO MÍNIMO DE 94% CONTRA A PENETRACAO DE AEROSSOIS PARTICULADOS NAO OLEOSOS E EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA (EFB) SUPERIOR A 99%, COM BARREIRA CONTRA FLUIDOS E PARTICULAS GRANDES DE GOTICULA. DESCARTAVEL, PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL PARA PARTICULAS, DE USO INDIVIDUAL, FORMATO ANATOMICO, TIPO CONCHA OU BICO DE PATO, FACIL AJUSTE FACIAL, VEDACAO ADEQUADA, TAMANHO REGULAR, PEQUENO, COM UM CLIPE NASAL PARA AJUSTE NO NARIZ COM PROTECAO INTERNA E COM DOIS TIRANTES ELASTICOS PARA UMA MELHOR FIXACAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698/1996, ATENDER NORMAS VIGENTES DE EPI. EMBALAGEM UNITARIA CONSTANDO VALIDADE, LOTE, FABRICANTE. APRESENTAR ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANCA E SAÚDE OU LAUDOS COMPROBATÓRIOS DE EFICIENCIA DE FILTRACAO CONTRA A PENETRACAO DE AEROSSOIS PARTICULADOS NAO OLEOSOS E EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA (EFB).
FORNECEDOR	AFR DISTRIBUIDORA
MARCA	Nayr
REGISTRO ANVISA	82020320007

LOTE	278254
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 29/09/2022, às 17:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014466065** e o código CRC **50E8EE03**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.236135-3

0014466065v3



COMPROVANTE DE ENTREGA DE AMOSTRAS

A
PREFEITURA DE JOINVILLE

EDITAL SEI Nº 0012718495/2022 – SAP.UPR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2022


OBJETO: “A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com as especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste edital”

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
52	Máscara para Proteção Respiratória sem Válvula PFF2/N95	Pacote com 1 unidade cada	4 Unidades

MÁSCARA PFF2

- Ficha Técnica com as especificações complementares da Máscara PFF2
- Comprovante de Regularidade Anvisa
- Relatório de Ensaio – Atendimento a NBR 13698:2011 - 414403
- Certificado de Aprovação CA – 46.879
- Relatório de Ensaio eficiência de filtração bacteriana – 109111/2021 A

Mundo Novo (MS), 23 de setembro de 2022.


A F R Distribuidora de Produtos LTDA

34.813.172/0001-04
A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
R. José Bonifácio, 495 - Centro
CEP: 79980-000 - Mundo Novo/MS