

MEMORANDO SEI Nº 0019898776/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de janeiro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 472/2023.

Objeto: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0019894263), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1-Registro Anvisa	Parecer
19	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR	Unidade	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	MEDIX BRASI	De acordo	804955100709-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	No retorno dos questionamentos realizados na análise preliminar, por meio da Diligência SEI nº 0019894160, a empresa trouxe informações do item ofertado e indicou "O item em questão, referente ao "ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G)", atende em grande parte aos requisitos estabelecidos no descritivo, <u>com a</u>

<p>DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA..</p>						<p><u>exceção do mecanismo automático de descarte da agulha no adaptador. [...]"</u></p> <p>Frente a declaração da empresa, a proposta está reprovada por ofertar item que não atende na íntegra as exigências do edital.</p>
---	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 25/01/2024, às 07:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019898776** e o código CRC **0EC0C824**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.227595-5

0019898776v4