

Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR PREGÃO ELETRÔNICO nº 276/2022

Objeto: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.

ESCLARECIMENTO:

Recebido em 2 de junho de 2022 às 17h 31min (documento SEI 0013129184).

5º Questionamento: "As 6.000 unidades solicitadas se referem a cartões ou micro tubo?".

Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informa-se que foi solicitada análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI nº 0013129192. Assim, em resposta, recebeu-se o Memorando SEI nº 0013135532, transcrito a seguir:

Considerando documento **SEI nº 0013129192**, recebido por esta Unidade solicitando pedido de esclarecimento pela empresa GRIFOLS (0013129184);

Esclareço sobre os questionamentos:

1. As 6.000 unidades solicitadas se referem a cartões ou micro tubo?

R: Refere-se a cartões;

6º Questionamento: "Visando o cálculo adequado dos insumos necessários para realização de cada um dos testes solicitados no item 4, se faz necessários o esclarecimento do quantitativo de médio de cada teste. Exemplo: Pesquisas de Anticorpos Irregulares: 2.000 testes? Prova Cruzada: 2.000 testes? Auto Prova: 1.000 testes? Coombs Direto: 1.000 testes?".

Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informa-se que foi solicitada análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI nº 0013129192. Assim, em resposta, recebeu-se o Memorando SEI nº 0013135532, transcrito a seguir:

2. Visando o cálculo adequado dos insumos necessários para realização de cada um dos testes solicitados no item 4, se faz necessários o esclarecimento do quantitativo de

1 of 2 07/06/2022 09:06

médio de cada teste.

Exemplo:

Pesquisas de Anticorpos Irregulares: 2.000 testes?

Prova Cruzada: 2.000 testes? Auto Prova: 1.000 testes? Coombs Direto: 1.000 testes?

R: Como respondido na pergunta anterior tratam-se de cartões, sendo assim seriam 6.000 testes para cada componente descrito (Pesquisas de Anticorpos Irregulares,

Prova Cruzada, Auto Prova, Coombs Direto);

Atenciosamente,

Pregoeira, **Portaria nº 001/2022 - SEI nº 0011532106**





Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer**, **Servidor(a) Público(a)**, em 07/06/2022, às 09:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/informando o código verificador 0013163704 e o código CRC 36799833.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.088057-4

0013163704v4

2 of 2