

MEMORANDO SEI Nº 0020255087/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 22 de fevereiro de 2024.

À SAP - LCT

Sra. Pregoeira Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **542/2023**

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezada Senhora,

Em atenção à Convocação 0020183285, referente ao **item 16**, informamos que a amostra foi recebida e testada pelas equipes técnicas do Laboratório Municipal.

Sendo assim, segue Parecer Técnico:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Parecer Técnico
16	COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 13 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 13 L. COR AMARELA,	Unidade	ALTERMED	VACUPLAST	REPROVADO Parecer Técnico 0020255185

IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.				
--	--	--	--	--

A amostra recebida não corresponde ao descritivo no item 16 do Edital 0019628279, sendo esta de volume superior ao descritivo, conforme imagem disponível nos anexos 0020255224 e 0020255257.

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira**, **Coordenador(a)**, em 22/02/2024, às 16:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020255087** e o código CRC **3BC9C7CA**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.255210-0

0020255087v7

Parecer Técnico Nº 10/2024

Material: Descartador de Perfurocortantes

Quantidade Enviada: 01 unidades

Marca: Vaccuplast

Lote: 15112021

Validade: Indeterminada

Setor Avaliador: Coleta

Período da Avaliação: Fevereiro/2024

DESCRIPTIVO DO EDITAL:


COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 13 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 13 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.

1. As características físicas do recipiente estão de acordo com o padrão ? () SIM (X) NÃO

- ÍTEM COM VOLUME DE 15L, PORTANTO, SUPERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL.
- AMOSTRA JÁ VEIO LACRADA NÃO SENDO POSSÍVEL ANÁLISE TÉCNICA DOS DEMAIS REQUISITOS DO EDITAL.

Avaliação: () Aprovado

(x) Reprovado


Carolina Simone de Souza de Oliveira
Responsável Técnica - CRF/SC 8600
Coordenação
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA
Responsável Técnico – CRF 8600
Matrícula 40.412

