

MEMORANDO SEI Nº 30541820/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 13 de agosto de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Convocação da amostras - Pregão Eletrônico **112/2026**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem - Fios cirúrgicos.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a Convocação SEI nº 30426632 segue a relação das amostras analisadas até a presente data:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Parecer
18	909820 - FIO CIR. MONOF. DE POLIPROPILENO 2-0 AG 3,5 A 3,7CM Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 2-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilíndrica, medindo 3,5a 3,7cm, gin/ob., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Amostra reprovada conforme SEI nº 30541708. "...Não atende: resistência a tração sobre nó; maleabilidade; penetrabilidade; resistência do arame; encostoamento do fio. ...Funcionalidade/utilização prática - apontamentos: fraca resistência à tração e delaminação do fio..."
50	916966 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 3,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 3,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	ENVPE	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Amostra aprovada conforme SEI nº 30541739
	47039 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 2,4 CM A 2,5 CM FIO CIRÚRGICO				

52	MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 3.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO DE 2,4 A 2,5 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Amostra aprovada conforme SEI nº 30541761
55	47041 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 1,9 CM A 2,0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 4.0, DE 45 A 75CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO DE 1,90 A 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Amostra aprovada conforme SEI nº 30541795

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 13/08/2026, às 11:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30541820** e o código CRC **4068211E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.040569-5

30541820v8

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 112/2026

ITEM : 18 – Fio: FIO CIR. MONOF. DE POLIPROPILENO 2-0 AG 3,5 A 3,7CM

DESCRIÇÃO: 909820 - FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO, COR AZUL, ESPESSURA 2-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 1/2 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO 3,5A 3,7CM, GIN/OB., ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.
FORNECEDOR: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA
MARCA: MEDIX
REGISTRO 80495519042
LOTE:= 220924
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04

AValiação Técnica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	() Atende ☒ Não atende
Maleabilidade:	() Atende ☒ Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	☒ Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Formato da ponta:	☒ Atende () Não atende
Curvatura:	☒ Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	☒ Atende () Não atende
Penetrabilidade:	() Atende ☒ Não atende
Resistência do arame:	() Atende ☒ Não atende
Encastamento da agulha e fio:	() Atende ☒ Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na ANVISA, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: fraca resistencia a traccao e
delaminacao do fio.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: vide utilizacao pratica

DATA: 02.08.26 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: Dr. Gabriel EL-Kouba
CREMESC 11680
TEOT 11534 - RQE 8014
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 112/2026

ITEM : 50 – FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 3,0 CM

DESCRIÇÃO: 916966 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 3,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 3,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA
MARCA: MEDIX
REGISTRO 80495519040
LOTE:= 250701
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	☒ Atende () Não atende
Maleabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	☒ Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Formato da ponta:	☒ Atende () Não atende
Curvatura:	☒ Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	☒ Atende () Não atende
Penetrabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência do arame:	☒ Atende () Não atende
Encastamento da agulha e fio:	☒ Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na ANVISA, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 12/08/2016 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 112/2026

ITEM : 55 –FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 1,9 CM A 2,0 CM

DESCRIÇÃO: 47041 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 1,9 CM A 2,0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 4.0, DE 45 A 75CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO DE 1,90 A 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

FORNECEDOR: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA

MARCA: MEDIX

REGISTRO 80495519040

LOTE:= 230411

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	☒ Atende () Não atende
Maleabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	☒ Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Formato da ponta:	☒ Atende () Não atende
Curvatura:	☒ Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	☒ Atende () Não atende
Penetrabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência do arame:	☒ Atende () Não atende
Encastamento da agulha e fio:	☒ Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na ANVISA, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 12 / 08 / 2026 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____