



OFÍCIO SEI Nº 28755845/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 13 de março de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 454/2025.

Objeto: Aquisição de instrumentais cirúrgicos para atendimento às demandas do Hospital Municipal São José.

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao Memorando SEI n. 28734815/2025 - SAP.LCT, segue análise técnica dos itens ofertados:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qt d licitada	Fornecedor	Marca	Análise Técnica
8	43180 - TESOURA DE MAYO CURVA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	100	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Golgran	<p>Proposta Reprovada</p> <p>O modelo ofertado não atende as exigências do edital, visto que o comprimento do item ofertado é</p>

						inferior ao exigido em edital (Ofertado: 19cm - Edital: 20cm).
9	43181 - TESOURA DE MAYO RETA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	100	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Golgran	Proposta Reprovada O modelo ofertado não atende as exigências do edital, visto que o comprimento do item ofertado é inferior ao exigido em edital (Ofertado: 19cm - Edital: 20cm).
25	14171 - PINÇA ENDOSCOPICA TIPO KELLY PINÇA ENDOSCOPICA TIPO KELLY, CURVA, PARA DISSECCAO E APREENSAO ROTATORIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COMPRIMENTO 36CM E DIAMETRO DE 5MM, CONSTITUIDA DE CABO, TUBO E HASTE. AUTOCLAVAVEL.	Peças	5	GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Doc-Tools	Proposta Reprovada O modelo ofertado não atende as exigências do edital, visto que o modelo do item ofertado é diferente do exigido em edital (Ofertado: Modelo Maryland) - Edital: Modelo Kelly).
28	25210 - PINÇA ENDOCLINCH DUPLA ACAO MANDIBULAR 05 MM x 360 MM, COM CREMALHEIRA E TRAVA.	Unidade	10	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	ATS	Proposta Reprovada O modelo ofertado não atende as exigências do edital, visto que o comprimento do item ofertado é inferior ao exigido em edital (Ofertado: 33cm(pág 6 do anexo 28687651) - Edital: 36cm).
30	13944 - CONTRA PORTA AGULHA PARA VIDEOCIRURGIA CONTRA PORTA AGULHA PARA VIDEOCIRURGIA, COMPRIMENTO MINIMO DE HASTE 36CM	UNID	3	GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Doc-Tools	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado nº de registro do produto, que pode ser consultado no Portal da ANVISA . Para este item a empresa deverá apresentar 1 (uma) amostra .

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 13/03/2026, às 11:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28755845** e o código CRC **0E26B26A**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.217124-0

28755845v8