

MEMORANDO SEI Nº 25855168/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 23 de junho de 2025.

À
SAP.LCT**Assunto:** Solicitação de anulação - Pregão Eletrônico nº 170/2025.**Objeto:** Aquisição de materiais de radiologia

Em atenção ao Memorando 25849836, segue a análise solicitada:

Item	Material/ Serviço	Unid. medida	Forneced or	Marca	Descritiv o de acordo com o Edital	8.10 alínea "a" - ANVISA	8.10 alínea "b" - Certificad o de Aprovaçã o (CA)	8.11 alíneas "a", "b" e "c" - Prospecto	Parecer
7	909024 - PROTETO R DE TIREOIDE 0.50 CHUMBO PROTETO R DE TIREÓIDE CONFECC IONADO EM BORRACH A PLUMBÍF ERA FLEXÍVEL, LAVAVEL, COM EQUIVALÊ NCIA DE 0,50MM	PC	CRYSSIL FORNECE DORA DE MATERIAI S E SERVICOS ESPECIAL IZADOS LTDA	PLANIDEI A PRS008	De acordo	80697670 001- Registro vigente, confirmad o no portal da Anvisa.	Apresento u (página 5) com a informaçã o "com espessura de 0,35 mmPb.	Apresento u (página 4) referente a vários modelos, com 0,25, 0,35 ou 0,50 mm de chumbo.	O edital exige protetor com equivalênc ia de 0,50 mm de chumbo. Na proposta a empresa não indicou tal informaçã o; no CA consta "0,35mmP b". Para continuida de na análise, solicitamo s:

	DE CHUMBO, COM CERTIFIC ADO DE APROVAC AO CA.								1- Que a empresa confirme a equivalênc ia de chumbo; 2- Que apresente Certificado de Aprovação com provando espessura de 0,50 mm de chumbo.
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 23/06/2025, às 08:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25855168** e o código CRC **72A943F8**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.029738-6

25855168v5