



MEMORANDO SEI Nº 0024577401/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de fevereiro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **071/2025**.
Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 0024484205 segue análise solicitada:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Para os itens 38 , 39/40, 41 - Apresentar Laudos BFE (eficiência de filtração bacteriana) de acordo com a NBR 16064:2016 e suas atualizações; os laudos devem ser emitidos por Laboratório Analítico que realiza ensaios de controle de qualidade - ECQ.	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
23	Reservada	9424 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	Unidade	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	SPK	De acordo	Apresentou o registro 82053500011, de acordo.	-----	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
24	Principal	9424 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal	Unidade	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	SPK	De acordo	Apresentou o registro 82053500011, de acordo.	-----	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
25	Reservada	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	Unidade	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	SPK	De acordo	Apresentou o registro 82053500011, de acordo.	-----	Apresentou.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
29	Reservada	29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL); DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 150 CM. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	Unidade	NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	fox	De acordo	Apresentou fichas técnicas com dois registros ANVISA diferentes.	-----	Apresentou fichas técnicas referentes a diversos aventais, não identificando qual o produto ofertado.	EXIGE	A empresa apresentou os seguintes documentos técnicos referente a aventais manga longa: - Páginas 1 e 2, avental em SMS com manga longa, registro Anvisa 81644630005; - Páginas 5 e 6, avental descartável em TNT manga longa, registro Anvisa 81644630005; -Páginas 7 e 8, avental laminado com manga longa, registro Anvisa 81644630010. Para continuidade na análise,

										solicitamos que a empresa informe: Para o item 29, qual o avental ofertado?
30	Principal	29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL); DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 150 CM. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA. - Cota Principal	Unidade	NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	fox	De acordo	Apresentou fichas técnicas com dois registros ANVISA diferentes.	-----	Apresentou fichas técnicas referentes a diversos aventais, não identificando qual o produto ofertado.	EXIGE A empresa apresentou os seguintes documentos técnicos referente a aventais manga longa: - Páginas 1 e 2, avental em SMS com manga longa, registro Anvisa 81644630005; - Páginas 5 e 6, avental descartável em TNT manga longa, registro Anvisa 81644630005; -Páginas 7 e 8, avental laminado com manga longa, registro Anvisa 81644630010. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: Para o item 30, qual o avental ofertado?
31	Reservada	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M² (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 120 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	Unidade	NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	fox	De acordo	Apresentou o registro 81644630005, de acordo	-----	Apresentou, porém, não há indicação das medidas (altura X Largura) e indica gramatura de 20 a 60 g/m²	EXIGE A documentação não descreve as medidas do avental ofertado e indica variação de gramatura de 20 a 60 g/m², o edital exige avental com gramatura mínima de 40 g/m² e medidas mínimas de 120 cm (altura) X 150 cm (largura), em toda a extensão do avental. Aprovação condicionado a empresa confirmar que o item que será entregue atende as exigências do edital: 1- Gramatura mínima de 40 g/m². 2- Medidas mínimas: altura 120 cm x largura 150 cm (em toda a extensão do avental). Haverá a necessidade de apresentar amostras.
32	Principal	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M² (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 120 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. - Cota Principal	Unidade	NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	fox	De acordo	Apresentou o registro 81644630005, de acordo	-----	Apresentou, porém, não há indicação das medidas (altura X Largura) e indica gramatura de 20 a 60 g/m²	EXIGE A documentação não descreve as medidas do avental ofertado e indica variação de gramatura de 20 a 60 g/m², o edital exige avental com gramatura mínima de 40 g/m² e medidas mínimas de 120 cm (altura) X 150 cm (largura), em toda a extensão do avental. Aprovação condicionado a empresa confirmar que o item que será entregue atende as exigências do edital: 1- Gramatura mínima de 40 g/m². 2- Medidas mínimas: altura 120 cm x largura 150 cm (em toda a extensão do avental). Haverá a

											necessidade de apresentar amostras.
33	Reservada	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Reservada até 25%	Unidade	NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	fox	De acordo	Apresentou fichas técnicas com dois registros ANVISA diferentes.	-----	Apresentou fichas técnicas referentes a diversos aventais, não identificando qual o produto ofertado.	EXIGE	A empresa apresentou os seguintes documentos técnicos referente a aventais manga longa: - Páginas 1 e 2, avental em SMS com manga longa, registro Anvisa 81644630005; - Páginas 5 e 6, avental descartável em TNT manga longa, registro Anvisa 81644630005; - Páginas 7 e 8, avental laminado com manga longa, registro Anvisa 81644630010. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: Para o item 33, qual o avental ofertado?
34	Principal	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Principal	Unidade	NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	fox	De acordo	Apresentou fichas técnicas com dois registros ANVISA diferentes.	-----	Apresentou fichas técnicas referentes a diversos aventais, não identificando qual o produto ofertado.	EXIGE	A empresa apresentou os seguintes documentos técnicos referente a aventais manga longa: - Páginas 1 e 2, avental em SMS com manga longa, registro Anvisa 81644630005; - Páginas 5 e 6, avental descartável em TNT manga longa, registro Anvisa 81644630005; - Páginas 7 e 8, avental laminado com manga longa, registro Anvisa 81644630010. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: Para o item 34, qual o avental ofertado?
35	Reservada	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, HIDRORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE. - Cota Reservada até 25%	Unidade	NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	fox	De acordo	Apresentou fichas técnicas com dois registros ANVISA diferentes.	-----	Apresentou fichas técnicas referentes a diversos aventais, não identificando qual o produto ofertado.	EXIGE	A empresa apresentou os seguintes documentos técnicos referente a aventais manga longa: - Páginas 1 e 2, avental em SMS com manga longa, registro Anvisa 81644630005; - Páginas 5 e 6, avental descartável em TNT manga longa, registro Anvisa 81644630005; - Páginas 7 e 8, avental laminado com manga longa, registro Anvisa 81644630010. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: Para o item 35, qual o avental ofertado?

36	Principal	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, HIDRORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE. - Cota Principal	Unidade	NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	fox	De acordo	Apresentou prospecto com dois registros ANVISA diferentes.	-----	Apresentou fichas técnicas referentes a diversos aventais, não identificando qual o produto ofertado.	EXIGE	A empresa apresentou os seguintes documentos técnicos referente a aventais manga longa: - Páginas 1 e 2, avental em SMS com manga longa, registro Anvisa 81644630005; - Páginas 5 e 6, avental descartável em TNT manga longa, registro Anvisa 81644630005; -Páginas 7 e 8, avental laminado com manga longa, registro Anvisa 81644630010. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: Para o item 36, qual o avental ofertado?
39	Reservada	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENCÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	Unidade	54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO	LUDAN	Apresentou descrição resumida do item.	Apresentou o registro 81481410012, de acordo.	Apresentou.	Apresentou.	EXIGE	O edital exige campo cirúrgico impermeável, porém, a documentação técnica apresentada não trás tal informação. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: 1- O item ofertado é impermeável?
40	Principal	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENCÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal	Unidade	54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO	LUDAN	Apresentou descrição resumida do item.	Apresentou o registro 81481410012, de acordo.	Apresentou.	Apresentou.	EXIGE	O edital exige campo cirúrgico impermeável, porém, a documentação técnica apresentada não trás tal informação. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: 1- O item ofertado é impermeável?
42	Exclusivo	29857 - CAMPO ESTÉRIL NÃO FENESTRADO COM MEDIDAS: 60CMX40CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +5CM), COR AZUL, IMPERMEÁVEL NUMA FACE E ABSORVÍVEL EM OUTRA, CONFECCIONADO EM SMS, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA.	Unidade	54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO	LUDAN	Apresentou descrição resumida do item.	Apresentou o registro 81481410012, de acordo.	-----	Apresentou referente a outros produtos.	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado a apresentação da documentação técnica do produto ofertado (Prospecto/ Ficha Técnica/ Print), porém, no retorno, a empresa não apresentou o documento referente ao item em questão. Para continuidade da análise, solicitamos novamente que a empresa apresente Prospecto/ Ficha Técnica/Print de tela referente ao produto ofertado.

O portal da Anvisa encontra-se com instabilidade, não sendo possível verificar a existência de alguma restrição pela agencia reguladora para os itens ofertados. Considerando que as licitantes apresentaram os registros dos produtos junto na Anvisa, estas atenderam ao edital em relação ao exigido no subitem 8.10 a do edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/02/2025, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024577401** e o código CRC **8D96A83B**.

