



## MEMORANDO SEI N° 0025056975/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 03 de abril de 2025.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 456/2024.

**Objeto:** Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Em atenção ao documento SEI n° 0025051604, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Registro ANVISA	8.10 - b) Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de Site	Parecer
10	917517 - BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERIL, DESCARTAVEL, FLEXIVEL, COM DUPLA FACE, SENDO A ANTERIOR TRANSPARENTE E A	Unidade	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO	DESCARPACK	Exige	Apresentou descrição resumida	10330660074, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação que o item ofertado atende as

POSTERIOR BRANCA. CAPACIDADE PARA 2.000 ML GRADUADA EM ESCALA PARA LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES. CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, TUBO EXTENSOR DE PVC, COM NO MINIMO 01 METRO DE COMPRIMENTO. TRANSPARENTE, ISENTO DE DOBRAS, COM PINÇA CORTA FLUXO. TIRA PARA TRANSPORTE, ALCA DE SUSTENTACAO. FILTRO HIDROFOBO/BACTERIOLOGICO. VALVULA ANTI-REFLUXO. TUBO PARA ESVAZIAMENTO (SAIDA) COM PINÇA OU CLAMP. PONTO DE COLETA PARA AMOSTRA. EMBALAGEM UNITARIA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE VAL/FAB, LOTE E REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.

HOSPITALARES S.A.

exigências do edital:  
1- Bolsa graduada  
2- Tubo extensor com no mínimo 1 metro de comprimento;  
3- Tubo transparente e isento de dobras;  
4- Possui tira para transporte;  
5- Que o tubo para esvaziamento possui pinça ou clamp para fechamento.  
No retorno, a empresa apresentou ficha complementar. Na análise, não foi possível constatar que o item possui "Tubo extensor com no mínimo 1 metro de comprimento"; Para finalização da análise, questionamos:  
1- O item ofertado possui **Tubo extensor com no**

								<b>mínimo 1 metro de comprimento?</b> Caso a empresa não confirme a informação a proposta está desclassificada.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 03/04/2025, às 12:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025056975** e o código CRC **E33667B8**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.182965-7

0025056975v3