

MEMORANDO SEI Nº 0020485380/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 11 de março de 2024.

À

À SAP.LCT

Sra. Luciana Klitzke

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **542/2023**.

**Objeto:** Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezada Senhora,

Em atenção ao MEMORANDO SEI Nº 0020477130 - SAP.LCT, encaminhamos análise técnica dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico **542/2023**.

a) quanto aos documentos de habilitação, nos termos da Lei 14.133/2021 e subitem 9.6 do Edital:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n-AFE	Parecer
16	18798 - COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 13 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 13 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VACUPLAST	Válido até 22/11/2026 - pág. 14 SEI 0020476737	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	<b>APROVADA</b>

b) quanto ao descritivo das propostas de preços, se estão de acordo com os Anexos I e VI do Edital (SEI nº 0019628279) para as empresas arrematantes, ou seja, comparando-se o descritivo da proposta com o respectivo item dos Anexos I e VI do Edital, bem como, de possíveis prospectos (ou semelhantes) apresentados, segue parecer:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (b)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer	Amostras
3	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTAR DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	BD / Becton Dickinson and Company	Sim	10033430281 - Confirmado no portal da ANVISA	Sim	<b>Aprovada</b>	<b>Não necessário</b> , produto já validado, conforme Parecer técnico 0020488963

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira**, **Coordenador(a)**, em 11/03/2024, às 16:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.





A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020485380** e o código CRC **316D6271**.

---

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

23.0.255210-0

0020485380v9

Joinville, 07 de junho de 2018

## Parecer Técnico

Declaramos, para os devidos fins, que os materiais para realização de coleta de sangue e descarte da marca Vacutainer, empresa BD (Becton Dickinson) abaixo listados, foram previamente validados, sendo aprovados para utilização, atendendo os pré-requisitos solicitados.

### MATERIAIS:

- Escalpe (agulha 23G) de segurança com trava de proteção que recobre a agulha após a punção;
- Agulhas para coleta múltipla de sangue a vácuo 22 G, com dispositivo de segurança;
- Agulhas para coleta múltipla de sangue a vácuo 21 G, com dispositivo de segurança;
- Tubo c/ Fluoreto de Sódio + EDTA p/ coleta de sangue a vácuo;
- Tubo c/ gel separador e ativador de coágulo 5 e 8,5 ml para coleta de sangue à vácuo;
- Tubo c/ EDTA K2 ou K3 (2 e 4 ml) p/ coleta de sangue a vácuo;
- Descartador de material perfuro cortante 13 litros (Plástico Rígido).

### Servidoras do setor de coleta:

Márcia Cristina dos Santos Pereira - (matrícula 37.064)

*Márcia Cristina dos S. Pereira*

*N. Machado*

Noeli Teresinha Machado - (matrícula 18.145)

  
Priscilla Karla Ferreira  
Coordenação Técnica

  
Elisângela Rumor Paul  
Coordenação Laboratório Municipal

Laboratório Municipal  
Rua Itajaí, 268 – Centro – 89201-090  
Contato: (47) 3481-7050 / 3481-7060 / 3481-7070  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)