

MEMORANDO SEI Nº 25275043/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de abril de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de Amostras- Pregão Eletrônico **071/2025**.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as informações das análises de amostras já finalizadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
50	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO	LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	LARISMED	Amostra aprovada conforme SEI nº 25271310.
51	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO	LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	LARISMED	Amostra aprovada conforme SEI nº 25271310.
58	916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NAO ESTERIL	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDI HOUSE	Conforme Análise de Amostra SEI nº 25271291, a amostra não mede 30 cm, não possui dobras uniformes e para dentro, ocorre desfiamento na lateral. Desfia-se facilmente ao manuseio; falhas na trama e na dobra prejudicam o manuseio. Amostra reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 25/04/2025, às 08:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25275043** e o código CRC **F66B97C4**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 50 e 51

916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M², 100 ALGODAO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NAO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA

MARCA: LARISMED

LOTE: 786

REGISTRO (ANVISA): 80773020006

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

Prefeitura de Joinville

Secretaria de Saúde

Ivosney João Leite Bueno

DATA: 25/4/25

COREN/SC 178.626 - Matrícula 39.031

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 58

916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NAO ESTERIL, HIDROFILA, FECHADA 7,5 CM X 7,5 CM, DENSIDADE 13 FIOS/CM², PESO MINIMO 490 GR POR PACOTE, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, TAMANHO ABERTA 15 CM X 30 CM, EM TECIDO 100% ALGODAO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES OPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO EVITANDO DESFILAMENTO, APRESENTACAO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 UNIDADES CONTENDO IDENTIFICACAO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, ATENDER NORMAS NBR 13843. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

MARCA: MEDI HOUSE

LOTE: 241014135

REGISTRO (ANVISA): 10181829019

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 PACOTES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Gaze dobra, não mede 30cm, não possui dobras uniformes e para dentro, com desfilamento na lateral.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não se facilmente os manuseios, prejudica o uso na prática

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: Folhas na trama e na dobra prejudica o manuseio

DATA: 24/04/25

Jessica Maestrelli
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Jessica R. dos S. Maestrelli
Enfermeira
COREN-SC 699.849