

## ANÁLISE SEI Nº 25259134/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de abril de 2025.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM 35

DESCRIÇÃO	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, HIDRORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
MARCA	SPK
REGISTRO ANVISA	82053500010
LOTE	NÃO INFORMADO
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 UNIDADES

**AVALIAÇÃO TÉCNICA****EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

 Adequada ( X ) inadequada ( ) Não se aplica

EDITAL EXIGE: TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM

AMOSTRA APRESENTA TAMANHO ALTURA 107 CM X LARGURA 127 CM

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

( ) Adequada ( X ) inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA**



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 24/04/2025, às 07:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25259134** e o código CRC **8D6962FB**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

25259134v11