

**RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT
PREGÃO ELETRÔNICO nº 478/2024**

Objeto: Locação de equipamento com aquisição de tiras reagentes para análise de urina, para atender a demanda do Laboratório Municipal de Joinville.

Considerando o pedido de esclarecimento abaixo, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI Nº 0023622699/2024 - SAP.LCT. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI Nº 0023637835/2024 - SES.UFL.LAB.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 21 de novembro de 2024 às 09h20min (documento SEI 0023619052).

Questionamento: "Interessada em participar do pregão em epígrafe, venho através deste solicitar ESCLARECIMENTO ao instrumento convocatório: 1. Para cadastramento da Proposta no sistema Comprasnet, se faz necessária a indicação do modelo do equipamento de backup, além do modelo do equipamento principal?"

2	27605 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS PARA REALIZAÇÃO DE URINÁLISE (PARCIAL DE URINA) COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BACKUP	Serviço	12	3.906,66	46.879,92
---	--	---------	----	----------	-----------

Resposta: Conforme manifestação da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI Nº 0023637835/2024 - SES.UFL.LAB: "Com relação ao questionamento apresentado acima, veja-se o disposto no subitem 8.4 e 8.10 do Edital, transcritos a seguir: **8.4** - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do **Anexo II** deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: **8.4.4 - a identificação da marca e do modelo do objeto ofertado;** **8.10** - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: **8.10.2** - A proponente deverá apresentar, junto à proposta, no mínimo uma das seguintes opções para análise técnica: **a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo dos produtos e equipamentos.** Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. Ou seja, o Edital exige a indicação da marca e do prospecto/manual apenas do equipamento principal. No entanto, ressalta-se que, conforme o Anexo IV - Termo de Referência, o equipamento de backup deve ser compatível com o equipamento principal e "Utilizar a mesma marca de tira reagente do "equipamento principal", com os mesmos parâmetros em quantidade e qualidade."

Atenciosamente,

Giovanna Catarina Gossen
Pregoeira
Portaria nº 181/2024 - SEI nº 0021976547



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 25/11/2024, às 09:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023643049** e o código CRC **02B67E4F**.