



MEMORANDO SEI Nº 25714718/2025 - SES.UFL.LAB

Joinville, 06 de junho de 2025.

À
SAP.LCT - Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 220/2025.

Objeto: Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de

Joinville

Prezada Senhora,
Em atenção ao MEMORANDO SEI Nº 25638531 - SAP.LCT, temos o que segue:

a) Quanto a diligência realizada para o **item 8:**

O catálogo de modelos apresentado pela empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA SEI 25638463 **não é compatível** com o produto ofertado. Verifica-se, na imagem presente no documento e no descritivo, as seguintes especificações e características técnicas: *"Composição: cinto - nylon/ Fivela - ABS; medias aproximadas: comprimento - 46cm, largura - 2,6cm."* Estas características não atendem ao descritivo do Edital, que solicita: *"Garrote em tiras, livre de látex, não talcado e de uso único. Com tiras com largura mínima de 2,5 cm e comprimento entre 36 e 50 cm. Apresentação em rolo."*

Sendo assim, a Proposta Comercial SEI 25502360 encontra-se **reprovada**.

b) análise das Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 220/2025, conforme tabela abaixo:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer	Amostra

10	25398 - SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART OU AMIES ESTÉRIL, HASTE PLÁSTICA INDIVIDUAL. SWAB COM 150MM DE COMPRIMENTO E PONTA DE RAYON.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL	ATENDE	10379860075 - Confirmado no Portal da Anvisa	Sim, pág. 12	Proposta Classificada	5 (cinco) unidades, em embalagem original e lacrada.
15	917631 - VDRL PRONTO PARA USO TIPO RPR. Kit para teste de VDRL, tipo RPR (Rapid Plasmatic Reagin). Suspensão antigênica estabilizada para realizar prova de VDRL modificada (RPR) para detecção de sífilis, tendo a suspensão aquosa de antígeno minimamente cardiolipina e lecitina. Antígeno pronto para uso. Com controles positivo e negativo. Para utilização com amostras biológicas não inativadas e inativadas. Kit para até 250 determinações (testes).	LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA	RENYLAB	Não atende - Segundo a bula do teste, pág. 5 da proposta comercial SEI 25638509, " <i>Quando a suspensão antigênica do VDRL é misturada com o soro ou plasma que contenham anticorpos (reaginas), as partículas de antígeno floculam e o resultado da reação é observado ao microscópio</i> ". No entanto, no VDRL tipo RPR (Rapid Plasm Reagin) a leitura final da prova é a olho nu, dispensando-se o uso do microscópio.	80002670128 - Confirmado no Portal da Anvisa	Sim, porém não atende ao descritivo do Edital.	Proposta Reprovada	-----
16	43991 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (22G) AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO OU SUPERIOR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,7MM OU 32X0,7MM (22G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	UNIQMED	Embora a Proposta Comercial SEI 25638519 tenha copiado o descritivo do Edital, verifica-se no prospecto apresentado, págs. 3 à 5, que as agulhas ofertadas não possuem dispositivo de segurança. Sendo assim, para atender ao Edital, o	10098710071- Confirmado no Portal da Anvisa.	Sim, porém há necessidade de complementar com as informações acerca do adaptador que será fornecido.	Solicita-se diligência para verificar junto à empresa que tipo de adaptador será fornecido, bem como enviar a documentação técnica do mesmo. - Será fornecido um adaptador para cada agulha? Ou para cada 100 agulhas será	No mínimo 40 (quarenta) unidades

	LOCALIZADO NA AGULHA OU NO ADAPTADOR, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. PARA CADA CONJUNTO DE 100 AGULHAS, DEVE SER FORNECIDA UMA UNIDADE DE ADAPTADOR REUTILIZÁVEL COM DESCARTADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO, OU UMA UNIDADE DE ADAPTADOR PARA CADA AGULHA. APRESENTAÇÃO: AS AGULHAS DEVERÃO SER FORNECIDAS EM EMBALAGENS COM ATÉ 100 UNIDADES.			dispositivo necessita estar no adaptador. No entanto não há menção ao tipo de adaptador que será fornecido pela empresa.			fornecido, no mínimo, uma unidade de adaptador reutilizável com descartador automático integrado?	
17	43992 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G) MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO OU SUPERIOR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,8MM OU 32X0,8MM	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	UNIQUED	Embora a Proposta Comercial SEI 25638519 tenha copiado o descritivo do Edital, verifica-se no prospecto apresentado, págs. 3 à 5, que as agulhas ofertadas não possuem dispositivo de segurança. Sendo	10098710071 - Confirmado no Portal da Anvisa.	Sim, porém há necessidade de complementar com as informações acerca do adaptador que será fornecido.	Solicita-se diligência para verificar junto à empresa que tipo de adaptador será fornecido, bem como enviar a documentação técnica do mesmo. - Será fornecido um adaptador para cada agulha? Ou para cada	No mínimo 40 (quarenta) unidades

	(21G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA LOCALIZADO NA AGULHA OU NO ADAPTADOR, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. PARA CADA CONJUNTO DE 100 AGULHAS, DEVE SER FORNECIDA UMA UNIDADE DE ADAPTADOR REUTILIZÁVEL COM DESCARTADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO, OU UMA UNIDADE DE ADAPTADOR PARA CADA AGULHA. APRESENTAÇÃO: AS AGULHAS DEVERÃO SER FORNECIDAS EM EMBALAGENS COM ATÉ 100 UNIDADES.			assim, para atender ao Edital, o dispositivo necessita estar no adaptador. No entanto não há menção ao tipo de adaptador que será fornecido pela empresa.			100 agulhas será fornecido, no mínimo, uma unidade de adaptador reutilizável com descartador automático integrado?	
18	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDIX	Embora a Proposta Comercial SEI 25638475tenha copiado o descritivo do Edital, não há menção ao tipo de adaptador que será fornecido pela empresa.	80495510079 - Confirmado no Portal da Anvisa	Sim, porém há necessidade de complementar com as informações acerca do adaptador que será fornecido.	Solicita-se diligência para verificar junto à empresa que tipo de adaptador será fornecido, bem como enviar a documentação técnica do mesmo.	No mínimo 40 (quarenta) unidades

	FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.		Observa-se que o Edital solicita que o adaptador seja fixo na agulha ou separado (caso separado enviar no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas, o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte da agulha).			- Será fornecido um adaptador para cada agulha? Ou para cada 100 agulhas será fornecido, no mínimo, uma unidade de adaptador reutilizável com descartador automático integrado?	
--	---	--	---	--	--	---	--

c) análise dos documentos de habilitação:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	9.6 -m Alvará Sanitário Estadual ou Municipa	9.6 - n AFE	Parecer
3	9074 - CORANTE GIEMSA Corante de Giemsa p/ coloração diferencial em hematologia. Apresentação frasco com 1000 ml.	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	RENYLAB	Sim, válido até 17/04/2026, pág. 38 SEI 25638298	AFE de Correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa	Habilitada
4	9075 - CORANTE MAY GRUNWALD Corante May Grunwald p/ coloração diferencial em Hematologia – pronto p/ uso. Apresentação	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	RENYLAB	Sim, válido até 17/04/2026, pág. 38 SEI 25638298	AFE de Correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa	Habilitada

	frasco com 1000 ml.					
9	45944 - SACHE/SWAB DE ÁLCOOL 70% COMPRESSA NÃO-TECIDO PARA ANTISSEPSE DA PELE ANTES DA COLETA DE SANGUE, NAS APLICAÇÕES ENDOVENOSAS E INTRAMUSCULARES, IMPREGNADA COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70% HIGIÊNICO E DESCARTÁVEL. NÃO INFLAMÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO: 6 CM X 3 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE MAIS OU MENOS 0,5 CM).	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	UNIQUMED	Sim, válido até 14/08/2025, pág. 87 SEI 25638326	AFE de Correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa	Habilitada
11	25211 - SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS ESTÉRIL, FLEXÍVEL, HASTE PLÁSTICA E INDIVIDUAL. SWAB COM 150 MM DE COMPRIMENTO E PONTA DE RAYON	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	FirstLab	Sim, válido até 30/07/2025, pág. 115 SEI 25638185	AFE de Correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa	Habilitada

13	9073 - TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA A GLICOSE OU CURVA GLICÊMICA Solução padronizada de glicose ultra pura estabilizada, sabor limão. Frascos de 300 ml contendo exatos 75g de glicose.	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA	Newprov PA173	Sim, válido até 30/05/2026, pág. 94 SEI 25638357	AFE de Correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa	Habilitada
14	25400 - VDRL PRONTO PARA USO TIPO USR. Kit para teste de VDRL, tipo USR (Unheated Serum Reagin). Suspensão antigênica estabilizada para realizar prova de VDRL modificada (USR) para detecção de sífilis, tendo a suspensão aquosa de antígeno minimamente cardiolipina e lecitina purificados. Antígeno pronto para uso. Com controles positivo e negativo. Para utilização com amostras biológicas não inativadas. Kit para até 250 determinações (testes).	LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA	RENYLAB	Sim, válido até 31/01/2026, pág. 84 SEI 25638424	AFE de Correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa	Habilitada

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 06/06/2025, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marlos Vanni Borba, Coordenador(a)**, em 06/06/2025, às 16:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25714718** e o código CRC **91AD74B2**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.070446-1

25714718v26