



## Prefeitura de Joinville

### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

#### PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2021

**Objeto:** Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central e cateter duplo J para o Hospital Municipal São José.

#### ESCLARECIMENTOS:

**Recebido em 05 de março de 2020 às 11h43min (documento SEI 8529999).**

**3º Questionamento:** *"Em relação ao descritivo técnico constante do TERMO DE REFERÊNCIA, é sabido que dependendo do procedimento a ser realizado, algumas características tornam-se cruciais, entretanto para outros casos é possível a apresentação de produtos compatíveis, que atendem a finalidade do procedimento a ser realizado. Com base neste contexto, questionamos: QUESTIONAMENTO - Item 28 do edital – Em relação ao item 28, é exigido em edital: (...) ITEM 28 do edital: O esclarecimento visa questionar se será aceita como similar e em pleno atendimento ao edital a apresentação com comprimento com variação de tamanhos, em comprimento diverso. Se sim, pedimos a gentileza de informar as variações possíveis. Citamos por exemplo. DIÂMETRO: 2.25 MM COMPR: 9 A 20 MM. DIÂMETRO: 2.5 MM COMPR: 9 A 22 MM DIÂMETRO: 2.75 A 3.0 MM COMPR: 9 A 30 MM DIÂMETRO: 3.5 A 4.0 MM COMPR: 9 A 40 MM. Para todas as perguntas, no caso de não ser possível o aceite de produto similar, pedimos que seja apresentada justificativa devidamente motivada por parte desta administração".*

**Resposta da área técnica:** *"informamos que será aceito as variações de tamanho que compreendem o que esta descrito no edital, ou seja, diâmetro entre 8 a 38 mm e comprimento entres 2,25 a 4,0 mm, medidas que não entrem nessa faixa não serão aceitas, visto que as medidas são definidas pelo médicos que realizam diretamente o procedimento".*

Registra-se que em atenção ao princípio de igualdade, a Administração não realiza análises prévias dos descritivos das proposta, cabendo a proponente observar o disposto no Edital.

Atenciosamente,

Pregoeiro,

**Portaria Conjunta nº 005/2021/SMS/HMSJ**



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 10/03/2021, às 16:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **8555004** e o código CRC **0BCD6A55**.

---

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

20.0.082696-7

8555004v3