



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0015487734/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 09 de janeiro de 2023.

À SAPLCT

Em atendimento aos Memorandos SAPLCT SEI n° 0015235385 e SEI n° 0015261994, encaminhamos a análise técnica parcial das propostas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Empresa	Marca	10.6 K- Alvará Sanitário	10.6 L- AFE	8.9.1- Registro Anvisa	Comodato	8.9.2- Ficha Técnica	PARECER
1	25009 - AMPOLA DE INDICADOR BIOLÓGICO DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA CICLO FLASH AMPOLA DE INDICADOR BIOLÓGICO DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA CICLO RÁPIDO, CONTENDO ESPOROS DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, COM TECNOLOGIA DE LEITURA POR FLUORESCÊNCIA OU QUÍMICA, COM RESPOSTA FINAL EM ATÉ 01 (UMA) HORA. ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA ETIQUETADA PARA IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, RÓTULO EXTERNO CONSTANDO LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO INCUBADORA COMPATÍVEL EM REGIME DE COMODATO PARA LEITURA, DEVENDO A MESMA SER CALIBRADA E CERTIFICADA A CADA 06 (SEIS) MESES. (QUANDO ENCAMINHADO PARA CALIBRAÇÃO A INCUBADORA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE SUBSTITUÍDA POR EQUIPAMENTO RESERVA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS).	AMP	SISPACK MEDICAL LTDA	BIONOVA/ BT222	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	A Contratada deverá fornecer em comodato 01 incubadora compatível com o item ofertado, bem como os insumos para funcionamento e leitura e manter o equipamento calibrado.	Apresentou	Proposta aprovada
21	3413 - INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR A BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEÍDO DESENVOLVIDO PARA SISTEMA VTBF INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR A BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEÍDO DESENVOLVIDO PARA SISTEMA VTBF, EM	Unidade	STERICONTROL LTDA	Sterireport STR-0224	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	A Contratada deverá fornecer em comodato 01 incubadora compatível com o item ofertado, bem como os insumos para funcionamento e leitura e	Apresentou	Proposta aprovada

	CONFORMIDADE COM AS NORMAS ISO 11138-1 E ISO 11138-5. A LEITURA DE RESULTADO DEVERA SER POR INCUBADORA COM AVALIACAO FINAL EM ATE 48H, DISPENSANDO ENVIO PARA ANALISE EM LABORATORIO.						manter o equipamento calibrado.			
28	916871 - MATERIAL PARA ESTERILIZACAO 30 X 30 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 30 CM LARG. X 30 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.	FL	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Hospflex	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	-----	Apresentou	Proposta aprovada
29	916872 - MATERIAL PARA ESTERILIZACAO 60 X 60 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 60 CM LARG. X 60 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA	FL	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Hospflex	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	-----	Apresentou	Proposta aprovada

	DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.									
32	21982 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	PACKFLEX	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	-----	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás informações importantes para a análise do item ofertado. Solicitamos que a empresa apresente documentação complementar que comprove: 1. QUE O ITEM POSSUI INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO; 2. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M²; 3. FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M².
33	21983 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 120MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X	Rolo	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	PACKFLEX	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	-----	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás informações importantes para a análise do item

	POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.		HOSPITALARES - EIRELI						ofertado. Solicitamos que a empresa apresente documentação complementar que comprove: 1. QUE O ITEM POSSUI INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO; 2. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M²; 3. FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M².
36	21986 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	CIEX	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	Isento, item não regulado	-----	Apresentou A ficha técnica apresentada trás somente o nome e uma imagem do produto, não trazendo informações importantes para a análise do item ofertado. Solicitamos que a empresa apresente documentação complementar que comprove: 1. QUE O ITEM POSSUI INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO; 2. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M²; 3. FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M².

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 09/01/2023, às 10:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015487734** e o código CRC **A7DB665A**.