

MEMORANDO SEI Nº 0018345020/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 12 de setembro de 2023.

À SAP.LCT

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0018336556), seguem as análises técnicas das propostas apresentadas para os itens 14, 15 e 16:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.4- Prospecto/Ficha Técnica ou Print de tela	Questionamento	Parecer
14	912387 - PINÇA DE BIOPSIA FENESTRADO SEM AGULHA PINÇA DE BIOPSIA FINISTRADA SEM AGULHA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM MATERIAL BIOCOMPATIVEL COM MANDIBULA BASCULANTE, FENESTRADA SEM AGULHA DE AÇO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO ÚTIL DE 230 CM Á 240 CM, TAMANHO DE ABERTURA DA COPA DE NO MÍNIMO 7,8MM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2,8MM, AUTOCLAVAVEL.	PC	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MEDIGLOBE/406460	De acordo	80073110068- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, pág. 4	Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento às seguintes exigências do edital: 1- Que a pinça ofertada possui abertura de copa de no mínimo 7,8 mm	Em atendimento ao questionamento realizado na preliminar a empresa apresentou a constante na L (Item 14) - GLOBE (S 0018336547); análise a tal constata-se que o ofertado possui abertura de copa de no mínimo 7,8 mm, não atende a exigência do edital. Proposta reprovada
15	912420 - PINÇA DE BIOPSIA FIBROBRONCOSCÓPIA PINÇA DE BIOPSIA FIBROBRONCOSCÓPIA EM MATERIAL BIOCOMPATIVEL, FENESTRADA, ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM, TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2.0MM, AUTOCALVÁVEL.	PC	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MEDIGLOBE/401240	Indicou pinça com comprimento de 120 cm, que atende as necessidades do hospital.	80073110068- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 3	-----	A empresa apresentou pinça com comprimento de 120 cm, o edital exige pinça para fibrobroncoscopia com comprimento de 105 cm; considero a previsão do edital e o subitem 6.1.1 VI- Termo de Referência que especifica as especificações definidas nestes itens de Referência <u>ser iguais a referida, em todas as particularidades, e não serem inferiores a exigências contidas no edital.</u> considerando a diferença de 15 cm acima da medida, há prejuízo à assistência no Hospital Municipal São João, a proposta da empresa está reprovada .
16	912421 - PINÇA DE BIOPSIA MANDIBULA DE CROCODILO PINÇA DE BIOPSIA PARA FIBROBRONCOSCÓPIA, EM MATERIAL BIOCOMPATIVEL, COM MANDIBULA DE	PC	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	ARGUS/ PJA-G-2318-DJ	De acordo	80393910021- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 3	A empresa indicou na proposta descritivo de acordo com o exigido no edital, porém,	A empresa apresentou pinça com comprimento de 120 cm, porém, exige pinça para fibrobroncoscopia que devem ter

<p>CROCODILO, DENTE DE RATO, FENESTRADA, COPA ALARGADA BASCULANTE, COMPRIMENTO 105CM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2.0MM, AUTOCLAVAVEL</p>							<p>para atender ao item 8.10.4 do edital, anexou documentação com orientações de uso das pinças da marca ofertada, não trazendo informações acerca do item proposto. Para finalização da análise, solicitamos as seguintes informações da empresa:</p> <p>1- Indicar qual o código de referência do item ofertado, visto que a marca em questão possui inúmeras pinças com diferentes especificações;</p> <p>2- Complementar a ficha técnica apresentada, com as páginas que trazem as informações acerca do modelo, imagem e medidas do item proposto.</p>	<p>menores, não possível o a item ofertado comprimento diferença de prejudica a r dos proces Proposta repr</p>
---	--	--	--	--	--	--	---	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 13/09/2023, às 09:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018345020** e o código CRC **B8371FD1**.