

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha de biópsia, aplicação: aspirativa, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 21 g x 15 cm, tipo ponta: ponta chiba ecogênica, componente i: c, bloqueador profundidade, componente ii: c, estilete removível, conector: conector luer lock, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

2 - Pinça p, endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça p, endoscópio, tipo: alça polipectomia, tipo ponta: oval, tipo fio: fio aço inoxidável, monofilamentar, diâmetro ponta: cerca de 20 mm, dimensão: p, canal cerca de 2,8 mm x 230 cm, haste: haste isolada, componente 2: manopla c, conexão p, bisturi elétrico, esterilidade: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Valor Unitário (R\$): 1.850,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

3 - Pinça p, endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça p, endoscópio, tipo: alça polipectomia, tipo ponta: oval, tipo fio: fio aço inoxidável, trançado, diâmetro ponta: cerca de 15 mm, dimensão: p, canal cerca de 2,8 mm x 230 cm, haste: haste isolada, componente 2: manopla c, conexão p, bisturi elétrico, esterilidade: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Valor Unitário (R\$): 1.850,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

4 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: p, caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta alça quadrada, material ponteira: fio de tungstênio e aço inoxidável, dimensão ponta: cerca de 10 x 10 mm, haste: haste reta, comprimento haste: cerca de 12,5 cm, esterilidade: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Valor Unitário (R\$): 70,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (6)

5 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento vaso sanitário, material: polipropileno, cor: branca, características adicionais: abertura frontal, tipo especial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 40,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

6 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 2,0 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 36

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 201,25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (36)

7 - Conjunto anestesia baraka

Descrição Detalhada: Conjunto anestesia baraka, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, componente 2: c, conectores, componente 3: traqueia silicone, balão látex natural, volume: cerca de 1 l, tamanho: infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

8 - Conjunto anestesia baraka

Descrição Detalhada: Conjunto anestesia baraka, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, componente 2: c, conectores, componente 3: traqueia silicone, balão látex natural, volume: cerca de 2 l, tamanho: infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 66,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

9 - Conjunto anestesia baraka

Descrição Detalhada: Conjunto anestesia baraka, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, componente 2: c, conectores, componente 3: traqueia silicone, balão látex natural, volume: cerca de 3 l, tamanho: adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 125,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

10 - Conjunto anestesia baraka

Descrição Detalhada: Conjunto anestesia baraka, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, componente 2: c, conectores, componente 3: traqueia silicone, balão látex natural, volume: cerca de 5 l, tamanho: adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 85,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

11 - Bolsa pressórica

Descrição Detalhada: Bolsa pressórica, material: polímero, tipo: indicador de pressão, tipo fechamento: c, trava de segurança, capacidade: capacidade de armazenar bolsa infusão até 1000 ml, características adicionais: manguito, pera e válvula

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 788,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (24)

12 - Transpassador de paciente

Descrição Detalhada: Transpassador de paciente, tipo: tipo skate, revestimento: curvin, dimensões: 62 x 38 cm, capacidade: 150 kg, componentes: com roletes de 59 cm x 32 mm, características adicionais: montagem roscada e fronada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 600,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (120)

13 - Conector uso médico

Descrição Detalhada: Conector uso médico, aplicação: p, circuito ventilatório, material 1: polímero, modelo: tubular, formato: em "y", diâmetro: d. ext x d. int 22 x 15 , 22 x 15 , 22 x 15 mm, característica adicional: entrada adicional c, tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (180)

14 - Peça , componente fluxômetro

Descrição Detalhada: Peça , componente fluxômetro, componentes: botão, porca e etiqueta, aplicação: válvula reguladora para rede de oxigênio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 63,09

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (240)

15 - Peça , componente fluxômetro

Descrição Detalhada: Peça , componente fluxômetro, componentes: botão, porca e etiqueta, aplicação: válvula reguladora para rede de ar comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 56,88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (240)

16 - Material hospitalar

Descrição Detalhada: Material hospitalar, tipo: tampa, aplicação: p, frasco aspiração, componentes: plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 249,90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (48)

17 - Regulador de vácuo

Descrição Detalhada: Regulador de vácuo, tipo: p, aspiração torácica, componentes: frasco policarbonato graduado de 0 a 25cm h2o, tipo registro: registro regulador fluxo c, ajuste preciso drenagem, tipo conector: entrada rosca fêmea 9,16"x18fios, saída rosca macho, aplicação: conexão p, rede vácuo ou bombas elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (120)

18 - Frasco coletor

Descrição Detalhada: Frasco coletor, tipo: urina 24h, material: plástico opaco, capacidade: cerca de 1000 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, graduação: graduado, tipo uso: descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,91

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3000)

19 - Frasco coletor

Descrição Detalhada: Frasco coletor, tipo: urina 24h, material: plástico opaco, capacidade: cerca de 2000 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, graduação: graduado, tipo uso: descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3600)

20 - Guia p, intubação traqueal

Descrição Detalhada: Guia p, intubação traqueal, material haste: metal, material cabo: c, cabo em latão cromado, tamanho : adulto, componente 2: c, iluminação led, fonte alimentação: à bateria, esterilidade : esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 587,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

21 - Pinça p, endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça p, endoscópio, tipo: extração de cálculo, tipo ponta: cesta (basket) hexagonal, tipo fio: 4 fios de aço, diâmetro ponta: cerca de 20 mm, dimensão: p, canal cerca de 2,8 mm x 180 cm, haste: haste s, isolamento, componente 2: manopla, esterilidade: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Valor Unitário (R\$): 1.609,90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

22 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça para bisturi elétrico, material: aço inoxidável, modelo: bipolar, modelo haste: haste baioneta, comprimento total: 16 a 17 cm, tipo ponta: ponta reta, diâmetro ponta: 0,5 mm, tipo uso: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 420,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3)

23 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça para bisturi elétrico, material: aço inoxidável, modelo: bipolar, modelo haste: haste baioneta, comprimento total: 16 a 17 cm, tipo ponta: ponta reta, diâmetro ponta: 1,0 mm, tipo uso: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 420,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3)

24 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça para bisturi elétrico, material: aço inoxidável, modelo: bipolar, modelo haste: haste baioneta, comprimento total: 16 a 17 cm, tipo ponta: ponta reta, diâmetro ponta: 0,5 mm, tipo uso: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 420,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3)

25 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça para bisturi elétrico, material: aço inoxidável, modelo: bipolar, modelo haste: haste baioneta, comprimento total: 16 a 17 cm, tipo ponta: ponta reta, diâmetro ponta: 0,5 mm, tipo uso: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 520,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3)

26 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça para bisturi elétrico, material: aço inoxidável, modelo: bipolar, modelo haste: haste baioneta, comprimento total: 16 a 17 cm, tipo ponta: ponta reta, diâmetro ponta: 0,5 mm, tipo uso: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 520,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3)

27 - Pinça p, endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça p, endoscópio, tipo: extração de cálculo, tipo ponta: cesta (basket) hexagonal, tipo fio: 4 fios de aço, diâmetro ponta: cerca de 30 mm, dimensão: p, canal cerca de 2,8 mm x 230 cm, haste: haste s, isolamento, componente 2: manopla, esterilidade: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Valor Unitário (R\$): 1.247,34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (15)

28 - Pinça p, endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça p, endoscópio, tipo: biópsia, tipo ponta: concha fenestrada, tipo fio: aço inoxidável, dimensão: p, canal cerca de 2,8 mm x 230 cm, haste: haste isolada, componente 2: manopla c, conexão p, bisturi elétrico, esterilidade: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Valor Unitário (R\$): 899,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

29 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça cirúrgica, material: aço flexível c, cabo de latão, modelo: endoscópica, comprimento: 60 cm, tipo cabo: c, dupla ação, características adicionais: p, biópsia, calibre: 4 french

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.300,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

30 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: jacaré, tipo ponta: fenestrada, comprimento: 160 mm, características adicionais: dente de rato, aplicação: retirada de corpo estranho, diâmetro: 2,2 mm, tipo uso: reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.100,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

31 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: jacaré, tipo ponta: serrilhada, comprimento: 8 cm, aplicação: otorrinolaringologia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

32 - Pinça p, endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça p, endoscópio, tipo: retirada de corpo estranho, tipo ponta: jacaré, tipo fio: aço inoxidável, dimensão: p, canal cerca de 2,8 mm x 230 cm, haste: haste s, isolamento, componente 2: manopla, esterilidade: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Valor Unitário (R\$): 2.500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

33 - Pistola

Descrição Detalhada: Pistola, tipo: conjunto 3 pistolas limpeza de instrumentais, características adicionais: operação pressurizada para lavagem manual, tipo de acionamento: pistola ar comprimido, pistola de jato de água, tipo ação: pistola lavagem para aplicação de detergente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.829,42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (6)

34 - Regulador de vácuo

Descrição Detalhada: Regulador de vácuo, tipo: p, aspiração torácica, componentes: frasco policarbonato graduado de 0 a 25cm h2o, tipo registro: registro regulador fluxo c, ajuste preciso drenagem, tipo conector: entrada rosca fêmea 9,16"x18fios, saída rosca macho, aplicação: conexão p, rede vácuo ou bombas elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.098,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (24)

35 - Bolsa reservatorio o2

Descrição Detalhada: Bolsa reservatorio o2, tipo: reutilizável, p,ambu adulto, componentes: c,reservatório de o2 suplementar,entrada de o2, características adicionais: máscara transparente, autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36,59

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

36 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 1,5 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, tamanhos: adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 250,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (240)

37 - Roda borracha maciça

Descrição Detalhada: 911465 - RODA DIANT 5" MACICA COM ARO E ROLAMENTO P/ CADEIRA DE RODAS RODA DIANT 5" MACICA CABEÇOTE GIRATÓRIO COM ARO E ROLAMENTO P/ CADEIRA DE RODAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 58,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

38 - Roda borracha maciça

Descrição Detalhada: 910339 - RODA TRAS C/ PNEU MACICO ARO RAIADO 24" P/ CADEIRA DE RODAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 360,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

39 - Termohigrômetro

Descrição Detalhada: Termohigrômetro, tipo: digital, fonte alimentação: bateria 9 v, faixa temperatura: - 10 a + 60 °c, faixa medição humidade relativa: 0 a 10 per, resolução: 0,1 °c

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 102,91

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (48)

40 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula, tipo: reguladora, aplicação: p, rede de o2 e ar comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 61,75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (48)

41 - Vacuômetro

Descrição Detalhada: 909448 - VACUOMETRO COMPLETO VACUOMETRO - ASPIRADOR PARA USO EM REDE DE VÁCUO-
CARACTERÍSTICAS: MANÔMETRO COM FAIXA MINIMA DE 0 A 30 POL HG; CONTROLE DE ASPIRAÇÃO; FRASCO
GRADUADO EM POLICARBONATO DE 400 OU 500 ML; BÓIA DE SEGURANÇA. REGISTRO NA ANVISA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 460

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 179,90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (460)

42 - Válvula reguladora cilindro gás

Descrição Detalhada: Válvula reguladora cilindro gás, tipo fechamento: manual, componentes: manômetro e fluxometro, tipo rosca: para oxigênio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 250,56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

43 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Regulador pressão, tipo equipamento: manômetro, pressão máxima saída: 0 a 10 kgf,cm2, material corpo: metal cromado,
características adicionais: com botão de controle, aplicação: oxigênio medicinal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 161,72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (180)

44 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula, tipo: reguladora de pressão, aplicação: rede de ar comprimido, pressão: 0,5 a 12 psig, características adicionais: com
manômetro; conexão g1,8",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 180,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)