



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0018147484/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 25 de agosto de 2023.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 262/2023

**Objeto:** Aquisição de detergente enzimático.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0018146991), segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo atende o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - FISPQ	8.10.3 - Cópia do Rótulo dos Produtos	Parecer

1	41300 - DETERGENTE ENZIMÁTICO Contendo no mínimo quatro enzimas, sendo obrigatório entre elas: protease, amilase e lipase, tensoativo não-iônico, que não contenha em sua formulação substâncias carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas para o homem. ph neutro, biodegradável, não corrosivo, não espumante e não irritante dérmico e ocular, degradando os contaminantes de materiais em aço inoxidável, látex, silicone, PVC, vidraria, fibroscópios e outros em até 5 minutos, agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos, apresentando eficácia na ação, seguindo-se as instruções de diluição do fabricante. deve possibilitar uso manual e em lavadoras automáticas ultrassônicas. embalagem resistente, trazendo no rótulo os dados de identificação, formulação, concentrações enzimáticas, de lote, data de validade, data de fabricação, responsável técnico e número de registro no ministério da saúde. conter recomendação para manuseio, diluição, validade do produto após diluição, tempo de imersão	lt diluido	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CICLO FARMA	De acordo	346280053, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA, porém, conforme anexo SEI nº 0018133139, possui medida cautelar ativa, publicada em 10/01/2023 que determina: recolhimento e suspensão da comercialização, distribuição, propaganda e uso do produto.	Não analisado	Apresentou, pág. 11, porém o rótulo indica tempo de imersão de 10 minutos, divergente do edital que exige até 5 minutos	A empresa ofertou produto que não atende as exigências do edital. conforme verifica-se no rótulo do produto ofertado, página 11 da proposta SEI nº 0018146986, é indicado tempo de imersão de 10 minutos, porém, o edital exige até 5 minutos. <b>Proposta reprovada</b>
---	---	------------	---	-------------	-----------	---	---------------	---	---

dos objetos no rótulo ou prospecto informativo acompanhante do frasco. Litro diluído pronto.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 25/08/2023, às 12:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018147484** e o código CRC **708D96C3**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.153297-0

0018147484v3