



## Prefeitura de Joinville

### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

#### PREGÃO ELETRÔNICO nº 077/2020

**Objeto:** Aquisição de eletrodos para Desfibrilador Externo Automático para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José.

Considerando o pedido de esclarecimento abaixo, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI 5653775. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI 5658873.

#### ESCLARECIMENTOS:

##### Recebido em 12 de fevereiro de 2020 às 12h00min (documento SEI 5653708).

**2º Questionamento:** *"Atualmente no mercado existem 02 tipos de Eletrodos da Cmos Drake pelo fato de que a marca atualizou seus equipamentos recentemente e automaticamente o eletrodo também. Desta forma solicitamos que o órgão esclareça qual o conector compatível para os itens, para que não ocorram problemas futuros com incompatibilidade do produto".*

**Resposta da área técnica:** Informamos que o item 3 é com conector **AZUL/BRANCO**, conforme descrito no item; os itens 1 e 2 são com conector **PRETO**; informamos que solicitaremos publicação de uma errata para inclusão da informação em relação ao modelo de conector.

**3º Questionamento:** *"Por se tratar de um equipamento que salva vidas sugerimos que seja exigível pelo Órgão a solicitação de amostra do produto. Sendo fundamental para comprovar a compatibilidade com o equipamento e atendimento total dos os requisitos solicitados, uma vez que se trata de um equipamento com classe de risco alto. Desta forma poderão ser sanadas todas as dúvidas cabíveis antes da finalização deste processo, evitando maiores complicações com incompatibilidade no momento do uso".*

**Resposta da área técnica:** Informamos que não vemos necessidade de solicitação de amostras, visto que a errata possibilitará às empresas o conhecimento do conector necessário; informamos ainda que está previsto no **Anexo X** Termo de Referência SEI nº 5185387 a entrega provisória e definitiva, sendo assim, será possível a verificação da compatibilidade do item no momento da entrega e caso este não atenda ao exigido no edital, o material será devolvido.

Atenciosamente,

Pregoeiro,

**Portaria Conjunta nº 79/2019/SMS/HMSJ**

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 13/02/2020, às 15:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5668022** e o código CRC **78A7A768**.

---

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

20.0.006506-0

5668022v2