

Material	TUBO A VÁCUO FLUORETO DE SÓDIO 4ML		
Quantidade Enviada	100	Marca	GT-VACCUM/GT-GROUP
Lote	241148	Validade	02/2026
Setor Avaliador	COLETA E QUALIDADE	Período de Avaliação	MARÇO E ABRIL/2025

Descritivo do Edital para avaliação:

Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante Fluoreto de Sódio + EDTA . Com tampa plástica protetora na cor cinza e fechamento com tampa de borracha sob pressão.

1. As características físicas do material estão de acordo com o descritivo do edital? ☒ SIM () NÃO
2. O tubo é de material resistente? ☒ SIM () NÃO
3. O tubo tem marca para orientar o volume adequado de preenchimento?
☒ SIM () NÃO
4. A visualização da amostra no momento da coleta é boa? ☒ SIM () NÃO
5. O tubo aspira o volume indicado? ☒ SIM () NÃO
6. O tubo é de fácil manuseio e oferece boa segurança? ☒ SIM () NÃO
7. A borracha da tampa é adequada? ☒ SIM () NÃO
8. A tampa do tubo permite uma vedação adequada? ☒ SIM () NÃO
9. A separação da amostra ocorreu dentro do prazo esperado?
☒ SIM () NÃO () NÃO SE APLICA
10. Após a centrifugação a amostra encontra-se dentro dos padrões?
☒ SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

Avaliação: ☒ Aprovado
() Reprovado

Justificativa: _____

Avaliador / Matrícula: Carissa Delmonico - 61205 Assinatura:

CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA
Coordenação e Responsável Técnica
CRF SC 8600
Matrícula 40.412