

OFÍCIO SEI Nº 27686399/2025 - HMSJ.CAOP

Joinville, 01 de dezembro de 2025.

À SAP.LCT

Assunto: Resposta ao Memorando SEI Nº 27681764/2025 - SAP.LCT.

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao memorando supracitado, o qual solicita a análise técnica desta autarquia sobre as propostas comerciais apresentadas através dos Anexos SEI nº 27681623 e 27681638, neste processo que tem por objeto a *"Aquisição de réguas de gases medicinais, para atender as demandas de manutenções corretivas, reformas e/ou ampliações de leitos do Hospital Municipal São José"*, servimo-nos do presente expediente para o que segue:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Quan- tidade	Fornecedor	Marca/ Fabricante	Mode- lo/Ver- são	Valor Unitá- rio	Análise Técnica
1	29551 - PAINEL MODULAR PARA GASES MEDICINAIS COM LUMINÁRIA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1200 A 1300 MM DE COMPRIMENTO X 220 A 335 MM DE ALTURA. PONTOS DE GASES: DEVERÁ POSSUIR DOIS PONTOS DE OXIGÉNIO, UM PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E DOIS PONTOS DE VÁCUO MEDICINAL, TODOS COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA PAINEL E CORPO EM LATÃO CROMADO. CADA POSTO DE UTILIZAÇÃO DE OXIGÉNIO, AR E VÁCUO, DEVE SER EQUIPADO COM UMA VÁLVULA AUTOVEDANTE, E ROTULADO LEGIVELMENTE COM NOME OU ABREVIATURA, E SÍMBOLO OU FÓRMULA QUÍMICA. DEVE POSSUIR FUNDO DE COR CONFORME A NORMA DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE GASES E VÁCUO. OS POSTOS DE UTILIZAÇÃO E AS CONEXÕES DE TODOS OS ACESSÓRIOS PARA USO DE GASES E VÁCUO DEVEM SER CONFORME NORMAS NBR13730, 13164 E 11906 E SUAS ATUALIZAÇÕES. DEVERÁ POSSUIR SEIS TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 10A, DUAS TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 20A, 1 PONTO DE REDE LÓGICA RJ-45 CAT5E E UM SUPORTE DE SORO EM LATÃO CROMADO. DEVERÁ POSSUIR 1 INTERRUPTOR PARA LUMINÁRIA LED INDIRETA, 1 LUMINÁRIA INDIRETA DE LED COM POTÊNCIA ENTRE 6 A 10 WATTS.	Unid ade	25	HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	propria /nacion al	hz150 aex	R\$ 1.690, 00	PROPOSTA APROVADA Descriutivo apresentado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado pela proponente o Certificado de Registro do Produto na ANVISA, conforme página 8 do anexo SEI nº 27681623, tendo sua validade conferida através do Portal da ANVISA .
2	29552 - PAINÉIS DE ALARMES DE EMERGÊNCIA SETORIAL DE GASES MEDICINAIS-FO, FVC E FAM SISTEMA DE ALARMES PARA INSTALAÇÃO NO POSTO DE ENFERMAGEM COMPOSTO POR UM PAINEL PARA OXIGÉNIO, UM PAINEL PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL E UM PAINEL PARA VÁCUO CLÍNICO; ACEITA-SE PAINÉIS INDIVIDUAIS OU EM CONJUNTO; ACEITA-SE SISTEMAS ANALÓGICOS OU DIGITAIS; FUNCIONAMENTO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V; DEVE POSSUIR AS DEVIDAS CONEXÕES PADRONIZADAS PARA OXIGÉNIO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO.	Unid ade	5	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	PROTEC	80435 14900 1	R\$ 1.600, 00	PROPOSTA APROVADA Descriutivo apresentado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado pela proponente o Certificado de Registro do Produto na ANVISA, conforme páginas 3 e 20 do anexo SEI nº 27681638, tendo sua validade conferida através do Portal da ANVISA .

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Jackson Rodrigues, Coordenador(a)**, em 01/12/2025, às 14:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27686399** e o código CRC **5840CCBC**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.226982-7

27686399v9