



## MEMORANDO SEI Nº 0020511209/2024 - HMSJ.SUP.CAME

Joinville, 12 de março de 2024.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 048/2024.**Objeto:** Aquisição de Kit + linha venosa + isolador.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0020441888), segue a análise técnica solicitada:

| Item | Material/Serviço  | Unid. medida | Fornecedor                           | Marca  | Proposta de acordo com o edital? | 8.10.1- registro Anvisa | 8.10.2- Prospecto | 11.2- Amostra | Parecer   |
|------|---|--------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---|
| 2    | 24212 - KIT DE LINHA ARTÉRIO-VENOSA PARA HEMODIÁLISE ADULTO KIT DE LINHA ARTÉRIO-VENOSA PARA HEMODIÁLISE ADULTO CONTENDO: 1 LINHA ARTERIAL 8MM PARA HEMODIÁLISE COM SEGMENTO DE BOMBA DE HEPARINA, PONTO DE INJEÇÃO, PINÇAS, COM SENSOR DE PRESSÃO COM CONECTOR DE LUER. 1 LINHA VENOSA 8MM PARA HEMODIÁLISE COM CONECTOR PARA AGULHA DE FÍSTULA ARTÉRIO VENOSA EM LUER, EXTENSÕES PARA SORO, PONTO DE INJEÇÃO, PINÇAS, CATABOLHA E FILTRO, COM SENSOR DE PRESSÃO COM CONECTOR DE LUER. 2 ISOLADORES PARA PRESSÃO VENOSA, ISOLADOR DE CONDUTOR DE PRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CONDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL E VENOSO, TIPO HIDROFÓBICO. | KIT          | BIO MED PRODUTOS E HOSPITALARES LTDA | BIOMED | Sim                              | 80517050008             | Apresentou        | Exige         | Proposta classificada. Descritivo do item apresentado atende o edital. Há a necessidade de amostra. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO, PRAZO VALIDADE, LOTE E REGISTRO MS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Item | Material/Serviço  | Unid. medida | Qtd alocada | Fornecedor                                   | Marca     | 9.6 - m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). | 9.6 - n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA. | Parecer   |
|------|---|--------------|-------------|--|-----------|---|--|---|
| 1    | 909312 - ISOLADOR PARA PRESSAO VENOSA ISOLADOR PARA PRESSAO VENOSA ISOLADOR DE CONDUTOR DE PRESSAO PARA UTILIZACAO NO CONDUTOR DE PRESSAO ARTERIAL E VENOSO, TIPO HIDROFIBICO.EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA FABRICACAO, PRAZO VALIDADE, NUMERO LOTE E REGISTRO MS. | PC           | 600         | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | FORTECARE | Válido até 14/07/2024.<br>SEI 0020427423 pág 354.                             | Apresentou AFE de correlatos, verificado no Portal ANVISA.                   | Documentação Técnica de acordo com o edital - APROVADA. |
| 3    | 909314 - LINHA VENOSA PARA DIALISADOR LINHA VENOSA PARA DIALISADOR - LINHA VENOSA 8MM PARA HEMODIALISE COM CONECTOR PARA AGULHA DE FISTULA ARTERIO VENOSA EM LUER, EXTENSOES PARA SORO, PONTO DE INECAO,PINCAS, CATABOLHA ARTERIAL COM 30 MM DE DIAMETRO E PENEIRA, COM SENSOR DE PRESSAO COM CONECTOR DE LUER.       | PC           | 700         | MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | RMDESC    | Válido até 25/01/2024.<br>SEI 0020427442 pág 23.                              | Apresentou AFE de correlatos, verificado no Portal ANVISA.                   | Documentação Técnica de acordo com o edital - APROVADA. |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Daiana Aparecida Rodrigues Mendes, Coordenador(a)**, em 12/03/2024, às 15:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020511209** e o código CRC **100861EC**.

