

MEMORANDO SEI N° 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 03 de dezembro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de Amostras- Pregão Eletrônico **453/2024**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Encaminhamos as informações acerca da análise das amostras apresentadas para o item 73:

Item	Material/Serviço	Empresa	Marca	Informação
73	25698- INFUSOR 2 VIAS COM CLMAP COM TAMPAS SOBRESSALENTES	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	VITALGOLD	Conforme análise SEI nº 0023774373, o produto ofertado não apresenta todos os componentes solicitados. O infusor não possui conector luer lock (macho) na ponta externa. Amostra reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 03/12/2024, às 15:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023774378** e o código CRC **BCC22F00**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 453/2024

ITEM: 73

25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSAIENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSAIENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Reservada até 25%.

FORNECEDOR: MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

MARCA: VITALGOLD

LOTE: 210617

REGISTRO (ANVISA): 10296900162

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 03 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

(X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Não apresenta todos componentes solicitados

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não correta com sequencia no cateter

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: Infusor não possui conector luer lock (macho) na ponta externa.

DATA: 03/12/24

Enf. Aline R. Lopes
COREN-SC 197881
FOME/SMU

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO