



## MEMORANDO SEI Nº 0019938869/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 29 de janeiro de 2024.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 581/2023.**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0019938349), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca/ Modelo	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1- Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto	PARECER
1	909697 - CAL ABSORVEDORA DE CO2 CAL ABSORVEDORA DE CO2 = ESPECIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ANESTESIA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE CO2. FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA E HERMETICAMENTE FECHADA COM 4,3 A 4,5 KG.	GAL	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	INTERSUGICAL	-----	De acordo	82737659084- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada
3	918304 - CANULA DE GUEDEL Nº 1 EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 60 MM DE COMPRIMENTO	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	-----	De acordo	80495519062- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada
4	918305 - CANULA DE GUEDEL Nº 2 EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 70 MM DE	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	-----	De acordo	80495519062- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada

	COMPRIMENTO								
5	918306 - CANULA DE GUEDEL Nº 3 EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 80 MM DE COMPRIMENTO	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	-----	De acordo	80495519062- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada
6	918307 - CANULA DE GUEDEL Nº 4 EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 90 MM DE COMPRIMENTO	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	-----	De acordo	80495519062- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada
7	918308 - CANULA DE GUEDEL Nº 5 EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 100 MM DE COMPRIMENTO	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	-----	De acordo	80495519062- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada
104	12560 - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO COM ROSCA DE METAL E FRASCO PLÁSTICO 250 ML, SEM EXTENSÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HAOXI	-----	De acordo	81281830004- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Apesar da proposta indicar descritivo de acordo com o edital, a ficha técnica apresentada não trás todas as informações exigidas no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item proposta atende as seguintes exigências do edital: 1- Que a rosca é de metal.

As análises das demais propostas serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 29/01/2024, às 15:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019938869** e o código CRC **0E019B53**.

---

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.280614-4

0019938869v3