



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0018185611/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 29 de agosto de 2023.

À

SAPLCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 347/2023

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem para Exames e Monitorização para atender a demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, e do Hospital Municipal São José.

Em atenção ao Memorando SAPLCT (SEI nº 0018185151), segue análise da documentação técnica:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Descritivo atende ao edital?	8.10.1 Registro ANVISA	8.11 Prospecto, Ficha técnica, Imagem de Site	11.1 Amostras (itens 09, 10 e 35)	Parecer
16	25196 - ESTOJO PORTA LAMINA DE PREVENTIVO SEM LÂMINA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, COM DIVISÓRIAS INTERNAS E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 3 (TRÊS) LÂMINAS DE VIDRO	Unidade	25.000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL	De acordo	Isento	Não apresentou	----	Proposta reprovada, não atendeu o item 8.11 do edital
17	918309 - FILME PARA ULTRASON 110MM X 20M FILME TERMOSENSIVEL FOSCO, UPP110	UNID	550	CWB CARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ULSTAR	A empresa indicou na proposta modelo que não consta na ficha técnica apresentada, havendo a necessidade de confirmar as informações.	Isento	Apresentou, havendo a necessidade de confirmar o modelo ofertado		A empresa indicou na proposta o modelo 110S, porém, tal modelo não consta na ficha técnica apresentada, havendo a necessidade da empresa confirmar qual dos modelos constantes na ficha técnica é o item ofertado. Caso seja informado que o modelo ofertado é o Durico 1100S a proposta está aprovada, visto que tal modelo já foi utilizado anteriormente nesta Administração, conforme homologação SEI 0015240614 (item 17); caso seja outro modelo o informado há a necessidade de retornar a proposta para nova análise.

24	917069 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 X IMM COM 50 PECAS CONTENDO TARJA FOSCA, BEIRADAS LAPIDADAS, EMBALAGEM SEGURA COM MINIMO DE 50 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.	CX	3.150	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	WILTEX	De acordo	Isento	Apresentou	-----	Proposta classificada
37	19960 - TIRA DE PH TIRA COM FAIXAS DE DIFERENTES CORES PARA MAIOR PRECISÃO, COMPOSTA POR 5 INDICADORES ÁCIDO-BASE; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0-14, APRESENTANDO MEDIÇÃO PRÁTICA E COM RESULTADO EM NO MÁXIMO 5 SEGUNDOS. PARTE SUPERIOR EM PLÁSTICO EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE USUÁRIO E AMOSTRA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 TIRAS;	Caixa	1.200	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	KASVI/ K36-014F	De acordo	Isento	Apresentou	-----	Proposta classificada

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Valor Lance	Unit.	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n) AFE	Parecer
39	920385 - TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 34,0°C A 42,2°C; PRECISÃO: ±0,3°C (DENTRO DA FAIXA DE MEDIÇÃO); UTILIZA BATERIA/PILHA DE LÍTIO, REGISTRO NA ANVISA	UNID	415	AUTOMX SOLUCOES LTDA	Ningbo	60,0000		Apresentou na página 43, o certificado de licenciamento integrado emitido pela JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo; em tal documento a empresa declara "estar ciente de que a atividade que realize não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária" (pág. 45); na página 43 é indicado no tópico 2. "Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado." e a atividade econômica licenciada é "4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente", porém, a venda atacadista de itens regulados pela Anvisa não é compatível com a atividade sob o código 4789099. O comércio atacadista de materiais hospitalares (registrados na Anvisa) possui atividade específica, devendo a empresa indicar tal atividade durante a solicitação do licenciamento sanitário.	Apresentou declaração de isenção, porém, tal isenção é referente ao comércio varejista e não aplicável ao presente processo, conforme nota explicativa.	Documentação técnica reprovada.

Nota: Em relação a declaração de isenção de Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA apresentado pela empresa AUTOMX SOLUCOES LTDA, tal declaração é específica ao comércio varejista, situação que não se aplica ao presente processo. As atividades de comércio varejista de produtos para saúde e distribuidor ou comércio atacadista são definidos na sessão II da RDC 16/2014 Anvisa da seguinte forma:

V – comércio varejista de produtos para saúde: compreende as atividades de comercialização de produtos para saúde de uso leigo, **em quantidade que não exceda a normalmente destinada ao uso próprio e diretamente a pessoa física para uso pessoal ou doméstico; [grifou-se]**

VI - distribuidor ou comércio atacadista: compreende o comércio de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, **em quaisquer quantidades, realizadas entre pessoas jurídicas ou a profissionais para o exercício de suas atividades;[grifou-se]**

Considerando que a presente aquisição trata-se de uma relação entre pessoas jurídicas, não é possível o aceite de tal declaração.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 31/08/2023, às 09:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018185611** e o código CRC **12740C22**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.183452-7

0018185611v13