

## OFÍCIO SEI Nº 29808235/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 12 de junho de 2026.

À SAP.LCT

**Assunto:** Análise e Parecer Técnico de Amostras - Itens 1, 2, 5, 14 e 35.

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho abaixo tabela com análise técnica das amostras apresentadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Proponente	Análise Técnica
1	43176 - PINÇA KOCHER RETA 22 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	<b>Aprovado</b>
2	43175 - PINÇA KOCHER CURVA 22 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	<b>Aprovado</b>
5	43179 - PINÇA ALLIS 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	<b>Aprovado</b>
14	43186 - PINÇA DENTE DE RATO 18CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	<b>Aprovado</b>
35	14850 - AGULHA DE VERRES PARA PNEUMOPERITONIO AGULHA DE VERRES PARA PNEUMOPERITONIO COMPRIMENTO 12 à 15 CM REPROCESSÁVEL.	Peças	MF MEDICAL LTDA	<b>Aprovado</b>

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 12/06/2026, às 14:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29808235** e o código CRC **5D3EDD8D**.

# PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS

## HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

<b>Item</b>	PINÇA KOCHER RETA 22 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
<b>Marca/Modelo</b>	6B INVENT GERMANY 81563630070
<b>Quantidade Testada</b>	01

### Avaliação

<b>Critério</b>	<b>Resultado</b>
Conformidade Dimensional	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Qualidade Material	<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada
Funcionalidade Clínica	<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada
Conformidade com Descritivo	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

### Parecer Final

- APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento  
 **REPROVADO** — Motivo:

Responsável: \_\_\_\_\_

Dayana  
Genal/Cirurgia Trauma  
CRM 22.782  
RQE 17113/17955

Data: 10/06/26

# PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS

## HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

<b>Item</b>	PINÇA KOCHER CURVA 22 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
<b>Marca/Modelo</b>	6B INVENT GERMANY 81563630004
<b>Quantidade Testada</b>	01


### Avaliação

<b>Critério</b>	<b>Resultado</b>
Conformidade Dimensional	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Qualidade Material	<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada
Funcionalidade Clínica	<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada
Conformidade com Descritivo	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

### Parecer Final

- APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento  
 **REPROVADO** — Motivo:

Responsável: \_\_\_\_\_

  
Dayana Saldino  
Cir. Geral

Data: 10/06/26

# PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS

## HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

<b>Item</b>	PINÇA ALLIS 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
<b>Marca/Modelo</b>	6B INVENT GERMANY 81563630070
<b>Quantidade Testada</b>	01

### Avaliação

<b>Critério</b>	<b>Resultado</b>
Conformidade Dimensional	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Qualidade Material	<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada
Funcionalidade Clínica	<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada
Conformidade com Descritivo	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

### Parecer Final

- APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento  
 **REPROVADO** — Motivo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Responsável:** \_\_\_\_\_ **Data:** 10/04/26

Dayana Galvão  
Cir. Geral/Cir. de Trauma  
CRM 23092  
BOE 17123-7955



# PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS

## HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

<b>Item</b>	AGULHA DE VERRES PARA PNEUMOPERITONIO COMPRIMENTO 12 à 15 CM REPROCESSÁVEL
<b>Marca/Modelo</b>	DOCTUS
<b>Quantidade Testada</b>	01

### Avaliação

<b>Critério</b>	<b>Resultado</b>
Conformidade Dimensional	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Qualidade Material	<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada
Funcionalidade Clínica	<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada
Conformidade com Descritivo	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

### Parecer Final

**APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento


**REPROVADO** — Motivo:

---

---

---

---

**Responsável:** 

**Data:** 10/06/24