



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

Objeto: Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José de Joinville

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 20 de agosto de 2020 às 14h13min (documento SEI 6968255).

9º Questionamento: "Gostaria de saber se pode haver diferença nos tamanhos dos instrumentais. Geralmente vem especificando nos editais a possibilidade de entrega com variação, não é o caso desse edital. Os que tenho são esses: Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: anatômica, comprimento: 13 cm (a nossa tem 14cm); Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: backhaus, comprimento: 15 cm, aplicação: cirurgia em geral (a nossa tem 16cm); Afastador cirúrgico, tipo: langenbeck, material: aço inoxidável, comprimento: cerca de 22 cm, largura pá: 20 mm, comprimento pá: 60 mm, tipo uso: autoclavável (o nosso é 60x10mm); Martelo, tipo: universal, peso: 530 g (500gr o nosso); Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: mixer, comprimento: 19 cm, características adicionais: delicada (a nossa é de 18cm); Afastador cirúrgico, tipo: langenbeck, material: aço inoxidável, dimensões: 50 x 15mm (temos o 60x10mm); Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: adson, tipo ponta: dente de rato, comprimento: 11 cm, características adicionais: anatômica, aplicação: hospitalar (a nossa é de 12cm); Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: duval collin, comprimento: 21 cm, características adicionais 1: boca de 2,5cm (a nossa é de 20cm); Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: hartmann, tipo ponta: ponta reta, comprimento: aproximadamente 19,5 cm (a nossa é de 20cm); Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: mixer, comprimento: 17 cm (cotei de 18cm); Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: mixer, tipo ponta: curva forte, comprimento: 23 cm (cotei de 24cm); Cizalha, tipo: stille luer, modelo: curva, material: aço inoxidável, comprimento: cerca de 22 cm (articulada de 23cm); Rugina, material: aço inoxidável, tipo: stille-luer, tamanho: 216mm, diâmetro ponta: 10 mm, tipo ponta: reta (Pinça Goiva Stille Luer reta 10mm 22cm);"

Resposta: Conforme resposta encaminhada por meio do Memorando 6968740 - SES.UCC.ACM, assinado pelo servidor Ivosney João Leite Bueno, " A empresa questiona a possibilidade de ofertar itens com variação em relação as medidas dos itens; verificamos que a empresa fez toda a análise dos descritivos com base na relação de itens no comprasnet- SEI 5990096; indicamos que a empresa reanalise os descritivos com base no edital e na errata publicada por esta administração, visto que há divergências entre a descrição do edital e da relação de itens do comprasnet. Salientamos que o edital prevê, no item 1.11 que "Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerão as constantes do Edital." Finalizamos informando que as empresas devem ofertar produtos que atendam as especificações dos itens no edital e que serão aceitas ofertas que igualem ou que superem as especificações, desde que sejam mantidas as exigências conceituais de padrão, desempenho e funcionalidades da solução; "

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Costa Sumi de Moraes, Servidor(a) Público(a)**, em 21/08/2020, às 09:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6972472** e o código CRC **145AA3FC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

19.0.082999-9

6972472v2