



MEMORANDO SEI Nº 0020821643/2024 - SES.GTO

Joinville, 08 de abril de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 001/2024.**Objeto:** Aquisição de Periféricos e Instrumentais de Odontologia para a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.

Prezados Senhores,

Segue análise desta gerência referente ao Processo Licitatório SEI nº 24.0.001358-0, quanto:

a) ao descritivo das propostas de preços, se estão de acordo com os Anexos I e VI do Edital (SEI nº 0020137450) para as empresas arrematantes, ou seja, comparando-se o descritivo da proposta com o respectivo item dos Anexos I e VI do Edital, bem como, de possíveis prospectos (ou semelhantes) apresentados, conforme:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Modelo	8.10.2 Prospecto, ficha técnica ou imagem de site.	Necessidade de Amostra?	Registro ANVISA	Observações
5	41362 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO POTÊNCIA 2 HP, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 40 ATÉ 60L. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE ÓLEO, TANQUE COM PINTURA INTERNA, ANTICORROSIVA. VOLTAGEM 220V. COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD A	COMPBRASIL	50L	Apresentou	Não	Isento de registro.	Apesar da empresa indicar na proposta descritivo de acordo com o edital, na documentação técnica apresentada não foi possível confirmar o atendimento às seguintes exigências do edital: 1- Tanque com pintura interna anticorrosiva; 2- Válvula de segurança. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme o atendimento de tais exigências.
13	17788 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL COM MARCA SCHUSTER PONTAS PARA CANETA DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADAS EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA LISA, COM REFRIGERAÇÃO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD A	IMPLA	IP1	Não é possível comprovar a compatibilidade do item ofertado, modelo IP1 com a marca Shuster.	SIM	81593730032 Vigente conforme consulta ao portal ANVISA	Na documentação técnica apresentada pela empresa não consta a informação de que o modelo IP1 é compatível com a marca Schuster. Aprovação condicionada a empresa confirmar que a ponteira ofertada é compatível com a marca Schuster.
14	17770 - PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOX. TAMANHO DE 16 A 18 CM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD A	IMPLA	IPIN CLI	Em desacordo com o edital. Informa apenas o modelo, mas é omissão em informar as dimensões do item.	SIM	81986630003. Vigente conforme consulta ao portal Anvisa.	Na documentação técnica apresentada pela empresa não consta a informação acerca da medida do item. Aprovação condicionada a empresa confirmar que a pinça ofertada possui tamanho de 16 a 18 cm.
15	17801 - SINDESMÓTOMO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD A	IMPLA	ISIN OIT	De acordo com o edital	SIM	81986630001 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a enviar amostra
16	17796 - PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, COM ACABAMENTO E POLIMENTO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	DENTAL PREMIUM LTD A	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa.	Apto a apresentar amostra
17	17797 - PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, COM ACABAMENTO E POLIMENTO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	DENTAL PREMIUM LTD A	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa.	Apto a apresentar amostra
18	17659 - ESPÁTULA DUPLA Nº 1 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD A	IMPLA	ICAL 6335	De acordo com o edital. Apresentou prospecto com imagem do item	SIM	81986630001 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a enviar amostra

20	17803 - SONDA EXPLORADORA Nº 5 COM CABO OITAVADO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX. ESTERILIZÁVEL EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	ISON EXP 05	Apresentou prospecto conforme o Edital. Prospecto não possui cabo oitavado	SIM	81986630002 vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apresentação de amostra condicionada a confirmação pela empresa de que possui cabo oitavado.
21	17621 - BANDEJA EM AÇO INOX 22 X 12 X 1,5 CM BANDEJA EM AÇO INOX COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,5 MM E COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 22 X 12 X 1,5 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	AÇONOX	AÇONOX MOD. BAN036	Apresentou prospecto com imagem e características do produto, de acordo com o edital. Não informa se o item tem a espessura mínima de 0,5 mm	SIM	isento de registro	Apresentação de amostra condicionada a confirmação pela empresa de que possui espessura mínima de 0,5mm.
22	17671 - FÓRCEPS ADULTO Nº 01 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a enviar amostra
23	17672 - FÓRCEPS ADULTO Nº 150 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a enviar amostra
24	17673 - FÓRCEPS ADULTO Nº 151 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a enviar amostra
25	17677 - FÓRCEPS ADULTO Nº 18R CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a enviar amostra
26	17676 - FÓRCEPS ADULTO Nº 18L CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a enviar amostra
27	41711 - FÓRCEPS ADULTO Nº 101 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a enviar amostra
28	17674 - FÓRCEPS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a enviar amostra
29	17675 - FÓRCEPS ADULTO Nº 17 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a enviar amostra
30	17681 - FÓRCEPS ADULTO Nº 65 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a enviar amostra
31	17682 - FÓRCEPS ADULTO Nº 68 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6B INVENT	6B INVENT	De acordo com o edital	SIM	81563630018 Vigente conforme pesquisa no portal Anvisa	Apto a enviar amostra
32	17683 - FÓRCEPS ADULTO Nº 69 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a enviar amostra
33	17701 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 01 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6B INVENT	6B INVENT	De acordo com o edital	SIM	81563630018 Vigente conforme pesquisa no portal Anvisa	Apto a apresentar amostra
35	41713 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 151 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto a apresentar amostra

36	17704 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 44 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004 vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto apresentar amostra	a
37	17706 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 69 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, DE ACORDO COM NBR 71531 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PESO MÁXIMO DO FÓRCEPS DEVE SER DE 210 GRAMAS; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004 vigente conforme consulta ao portal Anvisa	Apto apresentar amostra	a
38	17601 - ALAVANCA SELDIN N.2 CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 COM CABO DE CHAPA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	apto apresentar amostra	a
39	17599 - ALAVANCA SELDIN N. 1R DIREITA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	apto apresentar amostra	a
40	17598 - ALAVANCA SELDIN N. 1 L ESQUERDA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 E AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	apto apresentar amostra	a
41	41714 - ALAVANCA SELDIN 1L ESQUERDA INFANTIL UTILIZADA PARA EXTRAÇÃO DE DENTES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	DENTAL PREMIUM LTDA	COOPERFLEX	COOPERFLEX	De acordo com o edital	SIM	80756530004 Vigente conforme consulta ao portal Anvisa	apto apresentar amostra	a
42	18379 - APLICADOR PARA IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA AUTOCLAVÁVEL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	DENTAL PREMIUM LTDA	SDI	SDI	De acordo com o edital	SIM	isento	apto apresentar amostra	a

Estamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Christine Bohm da Costa, Gerente Técnico(a)**, em 08/04/2024, às 09:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 08/04/2024, às 09:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020821643** e o código CRC **6088773E**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.001358-0

0020821643v6