



MEMORANDO SEI Nº 25856853/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 23 de junho de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **041/2025**
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)

Em atenção ao documento SEI nº 25844455 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela	Amostras?	Parecer
18	917530 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 18 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE,	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI	Proposta descreve na coluna "Modelo/registro MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "aspiração traqueal".	80286000037 - registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou, de acordo com o edital.	-----	Análise prévia: Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela.

	EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta. Diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, com a proposta ajustada, porém na coluna "Modelo/registro MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "aspiração traqueal". Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital. Caso a empresa não proceda com a adequação, a proposta será desclassificada.
19	25825 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE,	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI	Proposta descreve na coluna "Modelo/registro MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "aspiração traqueal".	80286000037 - registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou, de acordo com o edital.	-----	Análise prévia: Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela.

	EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.							No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta. Diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, porém na coluna "Modelo/registro MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "aspiração traqueal". Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital. Caso a empresa não proceda com a adequação, a proposta será desclassificada.
33	917693 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 EM PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, COM DOIS PARES DE ORIFICIOS PARALELOS, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI	Proposta descreve na coluna "Modelo/registro MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "sonda nasogástrica longa nº 10".	80286000034 - registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou. Apresentou, de acordo com o edital.	----- Análise prévia: Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada.

	DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.								Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta. Diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, porém na coluna "Modelo/registo MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "sonda nasogástrica longa nº 10". Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital. Caso a empresa não proceda com a adequação, a proposta será desclassificada.
38	917697 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 EM PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, COM DOIS PARES DE ORIFICIOS PARALELOS, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI	Proposta descreve na coluna "Modelo/registo MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "sonda nasogástrica longa nº 20".	80286000034 - registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou, de acordo com o edital.	-----	Análise prévia: Em análise à proposta, verificamos que a empresa indicou "tamanho: curta", porém, o edital exige sonda Longa. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta. Diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em

									sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, porém na coluna "Modelo/registro MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "sonda nasogástrica longa nº 20". Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital. Caso a empresa não proceda com a adequação, a proposta será desclassificada.
39	917701 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 EM PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, COM DOIS PARES DE ORIFICIOS PARALELOS, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI	Proposta descreve na coluna "Modelo/registro MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "sonda nasogástrica longa nº 22".	80286000034 - registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou, de acordo com o edital.	-----	Análise prévia: Na análise preliminar, foi solicitado a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado. Em análise à proposta, verificamos que a empresa indicou "tamanho: curta", porém, o edital exige sonda Longa. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta. Diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de

									diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, porém na coluna "Modelo/registro MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "sonda nasogástrica longa nº 22". Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital. Caso a empresa não proceda com a adequação, a proposta será desclassificada.
73	917532 - SONDA URETRAL Nº 18 PLASTICA, MALEAVEL, ATRAUMATICO, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM UNITARIA, ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI	De acordo.	80286009007 - registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou, de acordo com o edital.	-----	Análise prévia: Na análise preliminar, foi solicitado o <u>ajuste da proposta</u> e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta. Diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471.

									Proposta de acordo com o edital, classificada.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	9.6 - m) Alvará Sanitário	9.6 - n) AFE	Parecer
17	917529 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVEIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	Válido até 11/10/2027.	AFE ativa para distribuir produtos para saúde (dispositivos médicos)	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 23/06/2025, às 12:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25856853** e o código CRC **92B0BD56**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br