

MEMORANDO SEI Nº 30564010/2026 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 14 de agosto de 2026.

À
Secretaria de Administração e Planejamento
Unidade de Licitações

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 251/2026 e Portal de Compras do Governo Federal nº 4/2026.

Objeto: Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, na especialidade de cirurgia geral.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao Memorando SEI nº 30555968/2026 - SAP.LCT e à Proposta Comercial SEI nº 30546693, informamos que a equipe técnica do Setor de OPME procedeu à análise técnica das propostas e das documentações das marcas ofertadas, referente aos Itens 03 e 05, em estrita observância aos requisitos estabelecidos no Edital SEI nº 30101369.

Segue, abaixo, o parecer técnico pormenorizado:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Avaliação Técnica
3	24279 - Agulha Introdutora de Fio Guia A agulha introdutora com bainha radiopaca tem como finalidade a passagem de fio guia. Deve ser dividida em duas partes agulha e a bainha facilitando a introdução. A agulha deverá ser do tamanho 18G e 19 G e tamanhos entre 20 a 30cm, devendo aceitar a introdução de fio guia de até 0,038". Deverá conter externamente os dados de identificação do produto e do fabricante, procedência, numero do lote, tipo e data de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	MEDTEC	DOCUMENTAÇÃO APROVADA Proposta atualizada: 30555948 - páginas 01 à 03 Certificado de Registro de Produtos emitido pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União: 30555948 - páginas 04 Consulta ANVISA: 81655779025 Para este item a empresa deverá isenta de apresentar amostras, devido a marca já ter sido utilizada na Instituição (0023187608).

5	24280 - Balão dilatador Ureteral Cateter com um balão de dilatação montado, utilizado para dilatação das estruturas ureterais em Ureterosopia. Deverá compreender as medidas: diametro da haste entre 5Fr e 6Fr, comprimento maximo do cateter de 80 cm, comprimento do balão de 4cm, pressão máxima de inflação de 18atm. Deverá conter externamente os dados de identificação do produto e do fabricante, procedência, numero do lote, tipo e data de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	MEDTEC	DOCUMENTAÇÃO APROVADA Proposta atualizada: 30555948 - páginas 01 à 03 Certificado de Registro de Produtos emitido pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União: 30555948 - páginas 08 Consulta ANVISA: 81655779013 Para este item a empresa deverá isenta de apresentar amostras, devido a marca já ter sido utilizada na Instituição (0023187608).
---	---	--	--------	---

Permanecemos à disposição para dirimir eventuais dúvidas ou prestar esclarecimentos adicionais necessários ao regular prosseguimento do certame.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Eduardo Schmidt, Coordenador(a)**, em 14/08/2026, às 14:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30564010** e o código CRC **FCBF94E2**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.112112-7

30564010v17