



## MEMORANDO SEI Nº 26322593/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 04 de agosto de 2025.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.

**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 26318925 segue análise solicitada:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unidade	Fornecedor	Marca	Descrição de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Projeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Análise	Parecer
39	Reservada	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCI	Unidade	MIL LENIUM COMERCIO SERVICIO LTDA	JCARE	Apresentou descrição resumida do item.	82305950002, registrado ativo, confirmado no Portal ANVISA.	EXIGE Não apresentou.	Apresentou	EXIGE	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a seguinte exigência do edital:  <b>8.10 b) para os</b>

		ONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRI LAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%									itens 38, 39/40, 41 - Laudos BFE( eficiência de filtração bacteriana) de acordo com a NBR 16064:2016 e suas atualizações; os laudos devem ser emitidos por Laboratório Analítico que realiza ensaios de controle de qualidade - ECQ.
40	Principal	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRI LAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E	Unidade	MIL LENIUM COMERCIO SERVICIO LTDA	JCA RE	Apresentou descrição resumida do item.	82305950002, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	EXIGE Não apresentar.	Apresentou	EXIGE	Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a seguinte exigência do edital:  <b>8.10 b) para os itens 38, 39/40, 41 - Laudos BFE( eficiência de filtração bacteriana) de</b>

	<p>TRAÇÃO. EMBALAG EM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal</p>										<p>acordo com a NBR 16064:2016 e suas atualizações; os laudos devem ser emitidos por Laboratório Analítico que realiza ensaios de controle de qualidade e - ECQ.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 04/08/2025, às 11:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26322593** e o código CRC **A2587E71**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

26322593v5