

**ANÁLISE SEI Nº 26888639/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 22 de setembro de 2025.

**ANÁLISE DE AMOSTRA****PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025****ITEM 39 - CÓD 274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO                        | 274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25% |
| FORNECEDOR                       | CFC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MARCA                            | WINNER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REGISTRO ANVISA                  | 80201960049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LOTE                             | W399007125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 04 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**AValiação Técnica**

**EMBALAGEM**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ Inadequada ☐ Não se aplica

EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA.

AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSUI PROTEÇÃO DUPLA.

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ Inadequada ☐ Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ Inadequada ☐ Não se aplica**CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA**

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 23/09/2025, às 08:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26888639** e o código CRC **9B33F6A5**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

26888639v8

**ANÁLISE SEI Nº 26888669/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 22 de setembro de 2025.

**ANÁLISE DE AMOSTRA****PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025****ITEM 40 - CÓD 274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO                        | 274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25% |
| FORNECEDOR                       | WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MARCA                            | WINNER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REGISTRO ANVISA                  | 80201960049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LOTE                             | W399007125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 04 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**AValiação Técnica**

**EMBALAGEM**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ Inadequada ☐ Não se aplica

EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA.

AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSUI PROTEÇÃO DUPLA.

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ Inadequada ☐ Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

☐ Adequada ☒ Inadequada ☐ Não se aplica**CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA**

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 23/09/2025, às 08:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26888669** e o código CRC **A413CE39**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

26888669v7