



MEMORANDO SEI Nº 28297703/2026 - SES.UAD.ACM

Joinville, 03 de fevereiro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 436/2025.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Insumos para Infusão.

Em atenção ao documento SEI nº 28296178 segue análise solicitada:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unidade	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
8	Normal	44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 18 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM	Unidade	M P - COMERCIO INDUSTRIAL MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	INTRASET SAFE	MODEL O: INTRASET SAFE 18 G X 45 MM CÓD.: 60D1811553	De acordo	80305569006, registro ativo, confirmado no portal ANVISA em 04/02/2026.	Apresento u.	O edital exige.	Proposta de acordo com o edital, classificada. A empresa deve apresentar as amostras conforme exigido em edital.

NECESSIDADE DE
USO DE FORÇA
EXTRA E QUE NÃO
CAUSE
DEFORMIDADE NO
TECIDO DO
PACIENTE. CÂNULA
DE POLIURETANO
OU TEFLON,
FLEXÍVEL, ISENTA
DE REBARBAS E
QUE NÃO PERMITA
COLABAMENTO OU
ACOTOVELAMENT
O; DEVE
POSSIBILITAR
PROGRESSÃO
SUAVE NO
PACIENTE, SEM
RESISTÊNCIA, SEM
NECESSIDADE DE
USO DE FORÇA
EXTRA, SEM
CAUSAR
DEFORMAÇÕES NO
TECIDO;
DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA
CONFORME NR 32;
DEVE SER
ACIONADO SEM A
NECESSIDADE DE
APLICAÇÃO DE
FORÇA EXTRA E
SEM A
NECESSIDADE DE
MOVIMENTOS DE
ROTAÇÃO;
CAMARA DE
REFLUXO
TRANSPARENTE
PARA
VISUALIZAÇÃO DO
REFLUXO
SANGUÍNEO;
CONECTOR LUER
ADAPTAVEL EM
QUALQUER EQUIPO
E SERINGA, COM
PROTETOR DE
AGULHA; O
DISPOSITIVO DEVE
FUNCIONAR SEM A
NECESSIDADE DE
NENHUM
MOVIMENTO DE
ROTAÇÃO EM
NENHUM

		MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal									
16	Normal	44205 - CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA	Unidade	T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	SAFE CATH	SAFE CATH/LARS MEDICARE	De acordo	80679519004, registro ativo, confirmado no portal ANVISA em 04/02/2026.	Apresento u.	O edital exige.	Proposta de acordo com o edital, classificada. A empresa deve apresentar as amostras conforme exigido em edital.

DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA,

	CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIP O E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTR O NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 04/02/2026, às 07:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28297703** e o código CRC **EB9FD749**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

28297703v7