

## OFÍCIO SEI Nº 29200691/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 22 de abril de 2026.

À SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Memorando SEI Nº 29195722/2026 - SAP.LCT

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho abaixo tabela com análise técnica das amostras apresentadas pela empresa acima citada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Proponente	Marca	Análise Técnica
15	43187 - PINÇA ANATÔMICA 18CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	MT	<b>Proposta Aprovada</b>  O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi informado o número de registro, e podemos verificar o Certificado de Registro do produto no <a href="#">Portal ANVISA</a> . Para este item se faz necessária a apresentação de <b>duas amostras</b> .

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 22/04/2026, às 14:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29200691** e o código CRC **36AB7800**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.217124-0

29200691v4