

## MEMORANDO SEI Nº 0019939831/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 29 de janeiro de 2024.

À

## **SAP.LCT**

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 581/2023.

**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0019939281), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Lornondor	Marca/ Modelo	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1- Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto	PARECER
21	917468 - CANULA ENDOTRAQUEAL N° 5,0 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMO-SENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL,	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX		De acordo	80495510045- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa		Na análise preliminar, foi indicado: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui Linha radiopaca. No retorno do questionamento a empresa indicou "não dispomos de documento confirmando o produto a possuir linha radiopaca, porém, após análise do produto confirmamos que o mesmo dispõe de linha radiopaca."

	ESTERIL,		I			I	1		
	EMBALAGEM								
	UNITARIA, EM								
	PAPEL GRAU								
	CIRURGICO,								
	CONSTANDO								
	DADOS DE								Frente a
	IDENTIFICACAO,								confirmação da
	LOTE,								
	PROCEDENCIA,								empresa, a
	ESTERILIZACAO,								proposta está
	VALIDADE E								classificada.
	ISENCAO/REGISTRO								
	M.S./ANVISA.								
	VALIDADE MINIMA								
	20 MESES APOS								
	EMISSAO DA NF DE								
	ENTREGA.								
-	<u> </u>							<u> </u>	
	916922 - CANULA		1						
	ENDOTRAQUEAL Nº		1						
	6 COM BALAO EM		1						
	PVC,		1						
	SILICONIZADA,								
	TRANSPARENTE,								
	TERMO-SENSIVEL,								Na análise
	LINHA RADIOPACA,								preliminar, foi
	BALONETE DE								
	ALTO VOLUME E								indicado:
	BAIXA PRESSAO,								Aprovação
	NUMERACAO								condicionada a
	VISIVEL NO								empresa
	BALONETE DE								confirmar que
	INSUFLACAO								o item ofertado
	EXTERNO, NITIDA E								possui Linha
	PERMANENTE,								radiopaca. No
	FLEXIVEL,								retorno do
									questionamento
	ATOXICO,								a empresa
	SUPERFICIE LISA,						  80495510045-		indicou "não
	ATRAUMATICA,		ALTERMED					1	dispomos de
	COM LINHAS DE		MATERIAL				Registro		documento
22	REFERENCIA E	UNID		MEDIX		De acordo	vigente,	Apresentou	confirmando o
	MARCAS DE		HOSPITALAR	ı			confirmado	1	produto a
	PROFUNDIDADE,		LTDA				no portal da		possuir linha
	CONECTOR DE						Anvisa		radiopaca,
	PADRAO								porém, após
	UNIVERSAL,								análise do
	DESCARTAVEL,								produto
	ESTERIL,								confirmamos
	EMBALAGEM								
	UNITARIA, EM								que o mesmo
	PAPEL GRAU								dispõe de linha
	CIRURGICO,								radiopaca."
	CONSTANDO								
	DADOS DE								Frente a
	IDENTIFICACAO,								confirmação da
	LOTE,		1						empresa, a
	PROCEDENCIA,								proposta está
	ESTERILIZACAO,		1						classificada.
	1								
	VALIDADE E		1						
	ISENCAO/REGISTRO		1						
	NO M.S. /ANVISA.		1						
	VALIDADE MINIMA								
	20 MESES APOS		1						
1	I	l	I	I	l	I	I	I	1

1	EMIGGAODANEDE	ı	I	I	l	I	I	I	1
	EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
23	916923 - CANULA ENDOTRAQUEAL N° 6,5 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMO-SENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, SUPERFICIE LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M. S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX		De acordo	80495510045- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Na análise preliminar, foi indicado: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui Linha radiopaca. No retorno do questionamento a empresa indicou "não dispomos de documento confirmando o produto a possuir linha radiopaca, porém, após análise do produto confirmamos que o mesmo dispõe de linha radiopaca." Frente a confirmação da empresa, a proposta está classificada.
24	916924 - CANULA ENDOTRAQUEAL N° 7 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMO-SENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX		De acordo	80495510045- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Na análise preliminar, foi indicado: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui Linha radiopaca. No retorno do questionamento a empresa indicou "não

		EXTERNO, NITIDA E						
		PERMANENTE,						
		FLEXIVEL,						
1		ATOXICO,						
1		SUPERFICIE LISA,						
		ATRAUMATICA,						
		COM LINHAS DÉ						dispomos de
		REFERENCIA E						documento
		MARCAS DE						confirmando o
		PROFUNDIDADE,						produto a
		CONECTOR DE						possuir linha
		PADRAO						radiopaca,
		UNIVERSAL,						
		DESCARTAVEL,						porém, após
1		ESTERIL,						análise do
1		EMBALAGEM						produto confirmamos
		UNITARIA, EM						
		PAPEL GRAU						que o mesmo
		CIRURGICO,						dispõe de linha
1		,						radiopaca."
1		CONSTANDO						
		DADOS DE						Frente a
1		IDENTIFICACAO,						confirmação da
1		LOTE,						empresa, a
1		PROCEDENCIA,						proposta está
		ESTERILIZACAO,						classificada.
		VALIDADE,						
1		ISENCAO/REGISTRO						
		NO M.S./ANVISA.						
1		VALIDADE MINIMA						
		20 MESES APOS						
		EMISSAO DA NF DE						
		ENTREGA.						
		916926 - CANULA						
1		ENDOTRAQUEAL Nº						Na análise
1		8 COM BALAO EM						preliminar, foi
1		PVC,						indicado:
1		SILICONIZADA,						Aprovação
1		TRANSPARENTE,						condicionada a
1		TERMO-SENSIVEL,						empresa
1		LINHA RADIOPACA,						confirmar que
1		BALONETE DE						o item ofertado
1		ALTO VOLUME E						possui Linha
1		BAIXA PRESSAO,						radiopaca. No
1		NUMERACAO						retorno do
1		VISIVEL NO						questionamento
1		BALONETE DE					80495510045-	a empresa
		INSUFLACAO		ALTERMED			Registro	indicou "não
		EXTERNO, NITIDA E	·	MATERIAL			vigente	dispomos de
12	25	PERMANENTE,			MEDIX	 De acordo	confirmado	documento
		FLEXIVEL, LISA,		HOSPITALAR			no portal da	confirmando o
1		ATRAUMATICA,		LTDA			Anvisa	produto a
1		COM LINHAS DE					2 111 v 15u	possuir linha
1								radiopaca,
1		REFERENCIA E						porém, após
1		MARCAS DE						análise do
		PROFUNDIDADE,						produto
		CONECTOR DE						confirmamos
		PADRAO						
		UNIVERSAL,						que o mesmo
		DESCARTAVEL,						dispõe de linha
		ESTERIL,						radiopaca."
		EMBALAGEM						Frente a
		UNITARIA, EM						confirmação da
		PAPEL GRAU						empresa, a
1				I		l	I	pinpiesa, a

1	CIDINDCICO	I	I	I	I	I	I	I	] I
	CIRURGICO, CONSTANDO								
	DADOS DE								
	IDENTIFICACAO,								
	LOTE,								
	PROCEDENCIA,								proposta está
	VALIDADE,								classificada.
	ISENCAO/REGITRO								Classificada.
	NO M.S./ANVISA.								
	VALIDADE MINIMA								
	20 MESES APOS								
	EMISSAO DA NF DE								
	ENTREGA.								
	917469 - CANULA								
	ENDOTRAQUEAL Nº								
	8,5 COM BALAO EM								
	PVC,								
	SILICONIZADA,								
	TRANSPARENTE,								
	TERMO-SENSIVEL,								No omálica
	LINHA RADIOPACA,								Na análise preliminar, foi
	BALONETE DE								indicado:
	ALTO VOLUME E								Aprovação
	BAIXA PRESSAO,								condicionada a
	NUMERACAO								empresa
	VISIVEL NO								confirmar que
	BALONETE DE								o item ofertado
	INSUFLACAO								possui Linha
	EXTERNO, NITIDA E								radiopaca. No
	PERMANENTE,								retorno do
	FLEXIVEL, ATOXICO,								questionamento
	LISA, ATRAUMATICA,								a empresa
	COM LINHAS DE						  80495510045-		indicou "não
	REFERENCIA E		ALTERMED			1	Registro		dispomos de
	MARCAS DE		MATERIAL						documento
26	PROFUNDIDADE,	UNID		MEDIX		De acordo	vigente, confirmado	Apresentou	confirmando o
	CONECTOR DE		HOSPITALAR				no portal da		produto a
	PADRAO		LTDA				Anvisa		possuir linha
	UNIVERSAL,						i iii visa		radiopaca,
	DESCARTAVEL,								porém, após
	ESTERIL,								análise do
	EMBALAGEM								produto
	UNITARIA, EM								confirmamos
	PAPEL GRAU								que o mesmo
	CIRURGICO,								dispõe de linha radiopaca."
	CONSTANDO								radiopaca.
	DADOS DE								Frente a
	IDENTIFICACAO,								confirmação da
	LOTE,								empresa, a
	PROCEDENCIA,								proposta está
	ESTERILIZAÇÃO,								classificada.
	VALIDADE,								
	ISENCAO/REGITRO								
	NO M.S./ANVISA.								
	VALIDADE MINIMA								
	20 MESES APOS								
	EMISSAO DA NF DE								
-	ENTREGA.		ALTEDMED				00405510045		<u> </u>
	916925 - CANULA		ALTERMED			1	80495510045-		Na análise
27	ENDOTRAQUEAL N° 9 COM BALAO EM	UNID	MATERIAL MEDICO	 MEDIX		De acordo	Registro	Apresentou	preliminar, foi
ľ′	PVC,	מוויים	MEDICO HOSPITALAR			200100	confirmado	i ipi eseniou	indicado:
	ı , C,		IOSITIALAN				Comminado		
	1		1	'	•	•	1	•	

	SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMO-SENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.		LTDA			no portal da Anvisa		Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui Linha radiopaca. No retorno do questionamento a empresa indicou "não dispomos de documento confirmando o produto a possuir linha radiopaca, porém, após análise do produto confirmamos que o mesmo dispõe de linha radiopaca."  Frente a confirmação da empresa, a proposta está classificada.
37	917471 - CANULA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 COM BALAO EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, TERMO-SENSIVEL, LINHA RADIOPACA, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, NUMERACAO VISIVEL NO BALONETE DE INSUFLACAO EXTERNO, NITIDA E PERMANENTE, FLEXIVEL, LISA, ATRAUMATICA, COM LINHAS DE	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	ı	80495510045- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Na análise preliminar, foi indicado: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui Linha radiopaca. No retorno do questionamento a empresa indicou "não dispomos de documento confirmando o produto a possuir linha

	REFERENCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE, CONECTOR DE PADRAO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGITRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.							radiopaca, porém, após análise do produto confirmamos que o mesmo dispõe de linha radiopaca."  Frente a confirmação da empresa, a proposta está classificada.
92	909755 - SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 5.0 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 5.0 EM PVC, COM SILICONE, DESCARTAVEL, COM CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, RADIOPACO, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	 De acordo	80495510046- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa		Na análise preliminar, foi indicado: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é radiopaco. No retorno do questionamento a empresa indicou "não dispomos de documento confirmando o produto a ser radiopaco, porém, após análise do produto confirmamos que o mesmo apresenta a característica de ser radiopaco."  Frente a
	TECNICO.							confirmação da empresa, a proposta está classificada.
93	909756 - SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 5.5 SONDA ENDOTRAQUEAL	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	 De acordo	80495510046- Registro vigente, confirmado no portal da	Apresentou	Na análise preliminar, foi indicado: Aprovação

		condicionada a
		empresa
		confirmar que
SEM BALAO 5.5 EM		o item ofertado
PVC, COM		é radiopaco.
SILICONE,		No retorno do
DESCARTAVEL,		questionament
COM CONECTOR		a empresa
SEMI-MONTADO,		indicou "não
TRANSPARENTE,		dispomos de
GRADUADO,		documento
RADIOPACO,		confirmando o
EXTREMIDADE		produto a ser
ATRAUMÁTICA,		radiopaco,
ESTERIL.	Anvisa	porém, após
EMBALAGEM		análise do
INDIVIDUAL		produto
CONTENDO N °		confirmamos
LOTE, DATA DE		que o mesmo
FABRICAÇÃO,		apresenta a
PRAZO DE		característica
VALIDADE,		de ser
REGISTRO NA		radiopaco."
ANVISA E		
RESPONSAVEL		Frente a
TECNICO.		confirmação d
		empresa, a
		proposta está
		classificada.

_							1	
94	909757 - SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 6.0 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 6.0 EM PVC, COM SILICONE, DESCARTAVEL, COM CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, RADIOPACO, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	De acordo	80495510046- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa		Na análise preliminar, foi indicado: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é radiopaco. No retorno do questionamento a empresa indicou "não dispomos de documento confirmando o produto a ser radiopaco, porém, após análise do produto confirmamos que o mesmo apresenta a característica de ser radiopaco."  Frente a confirmação da empresa, a proposta está classificada.
95	909758 - SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 6.5 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 6.5 EM PVC, COM SILICONE, DESCARTAVEL, COM CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, RADIOPACO, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	De acordo	80495510046- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa		Na análise preliminar, foi indicado: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é radiopaco. No retorno do questionamento a empresa indicou "não dispomos de documento confirmando o produto a ser radiopaco, porém, após análise do produto confirmamos que o mesmo apresenta a característica de ser radiopaco."

					Frente a confirmação da empresa, a proposta está classificada.
--	--	--	--	--	--

As demais análises serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,





Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 29/01/2024, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0019939831 e o código CRC F728D39E.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.280614-4

0019939831v3