



MEMORANDO SEI Nº 0023133960/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 10 de outubro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 391/2024.
Objeto: Aquisição de equipamentos, móveis e materiais de uso hospitalar.

Em atenção ao documento SEI nº 0023130964, segue análise técnica da proposta apresentada para o item 4:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca/ Modelo	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Ficha técnica, Imagem de site, Prospecto	Parecer
4	42235 - ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL	PRM COMERCIAL LTDA	CMOS DRAKE/ MOSES	Apresentou descrição resumida.	80058130020, Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém, com informações resumidas.	Na análise da documentação técnica apresentada pela empresa, não foi possível confirmar o atendimento às seguintes exigências do edital: 1- Apresentação de ECG em papel milimetrado, termosensível com pelo menos 80 mm de largura; 2- Identificação automática de todas as derivações (d1 a v6); 3- Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; 4- Suporte para detecção de marcapasso; 5- Data e hora do exame;

						6- Exportação de relatórios em formatos: PDF, JPG (caso seja necessário software específico o mesmo deverá ser fornecido); 7- Modo de amostra para iniciar a gravação assim que a arritmia for detectada; 8- Display LCD sensível ao toque; 9- Que o equipamento ofertado acompanha: 9.1- 02 (dois) cabos paciente de 10 vias; 9.2- 02 (dois) jogos de eletrodos tipo clipe adulto para membros compatível com o equipamento; 9.3- 02 (dois) jogos de eletrodos precordiais tipo pera adulto, compatível com o equipamento; 9.4- 03 (três) bobinas de papel para registro de exames; 9.5- 01 (uma) bateria de lítio recarregável; 9.6- 01 (um) carrinho para guarda e transporte do equipamento, com prateleira para acessórios. Desta forma, haveria necessidade de realizar diligência junto à empresa, porém, constatou-se que o equipamento ofertado não atende os seguintes requisitos: 1- Display com dimensão de pelo menos 7". Na página 6 da proposta consta a informação <u>"TELA 5,6" colorida de alta resolução"</u>; Considerando que o equipamento não atende a exigência de tela com no mínimo 7", a proposta está reprovada, não havendo a necessidade de confirmar o atendimento aos demais requisitos.
--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Servidor(a) Público(a)**, em 10/10/2024, às 12:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023133960** e o código CRC **182709E9**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.147899-4

0023133960v8