

Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0017594589/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 10 de julho de 2023.

À SAP.LCT

Em complemento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0017550873), encaminhamos 6ª parcial de análise das propostas:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro	11 - Amostra	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
5 .	40579	AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 20 X 0,55 MM	UNIDADE	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LABOR IMPORT		10369460016 Registro vigente, referente a diversos calibres de agulha, porém, não contempla a agulha 20 x 0.55 mm, confirmado no portal da Anvisa. Em conculta ao portal da Anvisa verifica-se outros números de registros vinculados a marca ofertada que contemplam o calibre 20 X 0,55 mm.	Não se aplica			Proposta reprovada. A empresa indicou descritivo igual ao exigido o edital, porém, ao analisar o registro da Anvisa apresentad este não contempla calibre 20 0,55 mm.
6	40580	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25 X 0,6 MM	UNIDADE	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LABOR IMPORT	De acordo	10369460016 Registro vigente, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica			Proposta classificada
3	40581	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25 X 0,8 MM	UNIDADE	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LABOR IMPORT	De acordo	10369460016 Registro vigente, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica			Proposta classificada
9	40582	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 30 X 0,7 MM	UNIDADE	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LABOR IMPORT	De acordo	10369460016 Registro vigente,	Não se aplica			Proposta classificada
10	40583	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 30 X	UNIDADE		IIMPORT	De acordo	10369460016 Registro	Não se aplica			Proposta classificada

1 of 3

		0,8 MM		LTDA			no Portal ANVISA.				
11	40584	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 38-40 MM X 0,8 MM	UNIDADE	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LABOR IMPORT	De acordo	10369460016 Registro vigente, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica			Proposta classificada
12	40585	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA, CALIBRE 25 X 0,7 MM		MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LABOR IMPORT	De acordo	10369460016 Registro vigente,	Não se aplica			Proposta classificada
17	40587	AGULHA HIPODERMICA CALIBRE 13 X 0,45 MM	UNIDADE	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LABOR IMPORT	De acordo	10369460016 Registro vigente,	Não se aplica			Proposta classificada
53	25052	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) MONOLUMEN 6 FR	UNIDADE	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA.		Descrição da proposta refere Comprimento cerca de 110 cm e edital exige comprimento de 60 a 75 cm (SEI 0017542337 pág. 01) porém na ficha técnica apresentada (SEI 0017542337 pág. 06) consta Modelo 6 Fr comprimento de 650 mm. Proposta não deixa claro que o item possui garrote para punção estéril.	80020550045 Registro ativo, confirmado no portal ANVISA.	Exige	Válido até 07/12/2023	/	Solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui garrote estéril; caso positivo, está apta a apresentar amostra.
107	5156	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G)	UNIDADE	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LABOR IMPORT		10369460012 Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente a agulha para coleta de sangue á vacuo Labor Import sem dispositivo de segurança.	SIM			Proposta reprovada, apesar da proposta da empresa indicar descritivo de acordo com edital, na consulta ao registro na Anvisa verificou-se que dentre os modelos vinculados a este não consta modelo com dispositivo de segurança.
108	5156	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A	UNIDADE	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	LABOR IMPORT		10369460012 Registro vigente, confirmado	SIM			Proposta reprovada, apesar da proposta da

2 of 3

	VÁCUO (21G)	LTDA	no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente a agulha para coleta de sangue á vacuo Labor Import sem dispositivo de segurança.	empresa indicar descritivo de acordo com edital, na consulta ao registro na Anvisa verificou-se que dentre os modelos vinculados a este não consta modelo com dispositivo de segurança.
--	-------------	------	---	---

As análises das propostas para os demais itens serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,





Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 10/07/2023, às 10:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0017594589** e o código CRC **DED21C9D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0017594589v3

3 of 3