

ANÁLISE SEI Nº 26367027/2025 - DETRANS.UNT

Joinville, 07 de agosto de 2025.

À SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº **239/2025**.

Objeto: Objeto: Aquisição de etilômetro ativo portátil e bafômetro passivo tipo bastão, a serem utilizados pelos Agentes de Trânsito do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS.

Em atenção ao Memorando , segue a análise das propostas dos itens licitados e se estão de acordo com os Anexos I e IV do Edital (SEI nº 26158599), conforme tabela a seguir:

Item	Material/Serviço	Und. medida	Quantidade	Fornecedor	Marca/Modelo	Parecer
01	27607 - Etilômetro portátil (Bafômetro)	Unidade	1	MWV DISTRIBUIDORA LTDA	MWV Conforme proposta 26364299	<p>Considerando a exigência de que o etilômetro ofertado atenda integralmente aos requisitos estabelecidos pela Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, notadamente quanto à necessidade de aprovação do modelo pelo INMETRO e ser ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual realizadas pelo INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - RBMLQ, como condição indispensável para sua utilização em fiscalizações de trânsito;</p> <p>Considerando que a proposta apresentada pela licitante menciona apenas que o equipamento "acompanha certificado de calibração rastreável", sem, contudo, comprovar de forma clara a certificação de conformidade exigida pelos órgãos competentes;</p> <p>Diante da ausência de informação suficiente para aferir o atendimento ao requisito técnico essencial, solicitamos a realização de diligência junto à licitante, com o objetivo de esclarecer se o equipamento proposto possui certificação válida emitida pelo INMETRO e/ou</p>

						RBMLQ, conforme exigido na legislação vigente.
0 2	46022 - Bafômetro passivo tipo bastão. Bafômetro passivo portátil tipo bastão, operado por meio de um único botão e utilizando sensor de alta sensibilidade, sem necessidade de uso de bocal. Alimentado por pilhas e/ou baterias recarregáveis com carregador 110/220 V automático. Exibição dos resultados em visor/display de Led/LCD ou luzes de sinalização positivo/negativo. Faixa de medição de 0,00 a 2,00 mg/L. Indicadores visuais da presença de álcool. Deverá possuir software de gerenciamento.	Unid ade	2	INSTRULABO R LICITACAO LTDA	FORMIS / FOR-700R Conforme proposta 263 64846	A proposta apresentada atende a todos os requisitos dos Anexos I e IV do Edital. Resultado: Proposta APROVADA.

A proposta apresentada foi analisada seguindo os critérios definidos no Edital e no Anexo IV - Termo de Referência.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Mateus Lescowicz Neotti, Servidor(a) Público(a)**, em 07/08/2025, às 10:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Fernandes Nobre, Gerente**, em 07/08/2025, às 10:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26367027** e o código CRC **996A77A2**.

Rua Caçador, 112 - Bairro Anita Garibaldi - CEP 89203-610 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.079611-0

26367027v5