



MEMORANDO SEI Nº 0023535893/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 12 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 371/2024.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem para Exames e Monitorização.

Em atenção ao documento SEI nº 0023437771 e 0023441903, segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.11- Prospecto, ficha técnica, print de tela	Parecer
17	918309 - FILME PARA ULTRASON 110MM X 20M FILME TERMOSENSIVEL FOSCO, UPP110	UNID	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDPEX	Não exige	De acordo	Isento	Apresentou, porém não descreve todas as exigências do edital.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as exigências do edital: 1. 110mm x 20m filme termossensível fosco.
21	33477 - GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRRAFIA 100 ML/ GR ATOXICO, HIDROSSOLUVEL, HIPOALERGENICO, ISENTO DE SAL E DE IMPUREZAS COM PRINCIPIO ATIVO NAO MEDICAMENTOSO, VISCOSIDADE ADEQUADA PARA QUE NAO ESCORRA, PH NEUTRO, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM VOLUME MÍNIMO DE 100 ML/GRAMAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PRODEDENCIA, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CONTATO GEL /RMC	Não exige	Não especifica todas as exigências do edital, porém, apresentou documentação técnica com todas as informações do item ofertado.	80122200012 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de Acordo com o edital, Classificada.
22	33478 - GEL ELETROCARDIOGRAMA 100 ML/GR GEL PASTA ECG PARA MEIO DE CONTATO PARA CONDUCAO DE IMPULSO HIPOALERGENICO, ATOXICO, ISENTO DE PRINCIPIO ATIVO, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM VOLUME MÍNIMO DE 100 ML/ GRAMAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE,	UNID	RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CONTATO GEL /RMC	Não exige	Não especifica todas as exigências do edital, porém, apresentou documentação técnica com todas as informações do item ofertado.	80122200012 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de Acordo com o edital, Classificada.

	VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
23	41301 - HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 150 UNIDADES.	Unidade	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NATHY	Não exige	Não especifica todas as exigências do edital, porém, apresentou documentação técnica com todas as informações do item ofertado.	Isento	Apresentou.	Proposta de Acordo com o edital, Classificada.
24	917069 - LAMINA PARA MICROSCOSPIA 26 X 76 X 1MM COM 50 PECAS CONTENDO TARJA FOSCA, BEIRADAS LAPIDADAS, EMBALAGEM SEGURA COM MINIMO DE 50 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.	CX	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	WILTEX	Não exige	De acordo.	Isento	Apresentou.	Proposta de Acordo com o edital, Classificada.
25	917576 - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50M COR BRANCA PAPEL EM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, COM 100% CELULOSE VIRGEM, DE COR BRANCA, NAO RECICLADO, SEM FUIROS OU PIGMENTACAO, ROLO MEDINDO MINIMO 70 CM X 50 M, INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO. LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA N.F. ENTREGA.	Rolo	LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA	LIDER	Não exige	Não especifica todas as exigências do edital, porém, apresentou documentação técnica com todas as informações do item ofertado.	Isento	Apresentou.	Proposta de Acordo com o edital, Classificada.
31	909736 - PRESERVATIVO NAO-LUBRIFICADO PRESERVATIVO MASCULINO, NÃO LUBRIFICADO, CONFECCIONADO COM BORRACHA DE LATEX NATURAL , TIPO LISO, OPACO. TAMANHO APROXIMADO:LARGURA 52MM, COMPRIMENTO 160MM, , EMBALADO INDIVIDUALMENTE. INDICADO PARA USO EM APARELHOS DE ULTRASSOM. REGISTRO ANVISA.	PC	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A.	INOVATEX	Não exige	Não especifica todas as exigências do edital, porém, apresentou ficha com todas as características do produto ofertado.	80950310010 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de Acordo com o edital, Classificada.
32	917208 - RECIPIENTE DE FEZES 80 ML EM PLASTICO, PA	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO	CRAL	Não exige	De acordo	10379860087 - Registro Ativo, confirmado no	O edital exige recipiente opaco/leitoso	Proposta reprovada por ofertar item que

	COLETORA, TAMPA COM ROSCA E TRAVA, OPACO/LEITOSO, EMBALAGEM UNITARIA ,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO/VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.		HOSPITALAR LTDA				Portal ANVISA.	e a ficha apresentada é referente a frasco transparente.	não atende as exigências do edital.
33	917210 - RECIPIENTE DE URINA ESTERIL 80 ML PARA UROCULTURA EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM GRADUACAO, TAMPA VERMELHA COM ROSCA E TRAVA, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	PC	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	FIRSTLAB	Não exige	De acordo.	81628880008 - Registro Ativo com Medida Cautelar Vigente em 25/08/2022 - proibição de distribuição, comercialização e uso dos produtos afetados.	Apresentou.	Registro Ativo com Medida Cautelar Vigente em 25/08/2022 - proibição de distribuição, comercialização e uso dos produtos "Família Coletores Universais Estéreis". Na medida cautelar consta a indicação do número 12100150, não sendo possível confirmar que este é referente a lote específico ou a toda a família coletores universais estéreis. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: A medida cautelar é referente a lote específico ou a todos os produtos do registro 816208880008.
34	42362 - KIT ESTÉRIL PARA COLETA DE URINA CONTENDO: 01 TUBO CÔNICO EM POLIPROPILENO, GRADUADO, COM CAPACIDADE TOTAL DE 12 ML, COM TAMPA SOB PRESSÃO E 01 COPO COLETOR OU DE BECKER. KIT ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	KIT	CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA	CONSUMERSLAB	Não exige	De acordo.	80927230009 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém não especifica todas as exigências do edital.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item ofertado possui tubo cônico graduado.
35	910263 - RETOSIGMOIDOSCOPIO DESCARTAVEL RETOSIGMOIDOSCOPIO COM O CORPO	PC	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	KOLPLAST	Não exige	Não especifica todas as exigências do edital, porém,	10237610002 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL, TRANSPARENTE E CENTIMETRADO; EMBOLO FABRICADO EM POLIESTIRENO COMPRIMENTO ENTRE 25 E 32 CM; DIAMETRO PROXIMAL ENTRE 2,0 E 2,2CM, DIAMETRO DISTAL ENTRE 1,8 E 2,0 CM. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO NA ANVISA.		HOSPITALARES LTDA			apresentou ficha com todas as características do produto ofertado.		
37	918789 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL MODELO DE MEDICAO AXILIAR, LEITURA RAPIDA E PRECISA 02 A 04 MINUTOS, LEITOR E VISOR, SINAL SONORO, MEMORIA DE REGISTRO, BOTAO LIGA/ DESLIGA COM SISTEMA DE AUTODESLIGAR, ALIMENTACAO A BATERIA/PILHA, ESTOJO PROTETOR PARA ARMAZENAMENTO, APROVADO PELO INMETRO, CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL CONSTANDO MANUAL E OUTROS DADOS.	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ACCUMED	Não exige	De acordo	80275310040 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém não especifica todas as exigências do edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as exigências do edital: 1. Leitura rápida e precisa 02 a 04 minutos.
38	19960 - TIRA DE PH TIRA COM FAIXAS DE DIFERENTES CORES PARA MAIOR PRECISÃO, COMPOSTA POR 5 INDICADORES ÁCIDO-BASE; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0-14, APRESENTANDO MEDIÇÃO PRÁTICA E COM RESULTADO EM NO MÁXIMO 5 SEGUNDOS. PARTE SUPERIOR EM PLÁSTICO EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE USUÁRIO E AMOSTRA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 TIRAS;	Caixa	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	SENSITIVE	Não exige	Proposta descreve "resultado dentro de 15 segundos"	Isento	Apresentou, porém prospecto descreve "Medição prática e com resultado dentro de 15 segundos;" edital exige "com resultado em no máximo 5 segundos". Proposta desclassificada por não atender o descritivo exigido em edital.
39	920385 - TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 34,0°C A 42,2°C; PRECISÃO: ±0,3°C (DENTRO DA FAIXA DE MEDIÇÃO); UTILIZA BATERIA/PILHA DE LÍTIU, REGISTRO NA ANVISA	UNID	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	BALLKE	Não exige	De acordo	Prospecto descreve: "Sem Registro".	Apresentou, porém a documentação é referente ao termômetro Phicon e a proposta indica marca Balkke. A documentação também trás informação "Registro Anvisa/M.S. Sem registro", porém, o item é regulado pela Anvisa Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10.1 e 8.11 do edital.

As demais análises serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 12/11/2024, às 15:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023535893** e o código CRC **C80F3967**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.145852-7

0023535893v8



MEMORANDO SEI Nº 0023536760/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 12 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 371/2024.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem para Exames e Monitorização.

Em atenção ao documento SEI nº 0023437771, segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.11- Prospecto, ficha técnica, print de tela	Parecer
26	5375 - PAPEL TERMOSENSIVEL QUADRICULADO PAPEL TERMICO PARA ELETROCARDIOGRAFO COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO BIONET CARDIOCARE 2000. COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 216MM, RESOLUCAO VERTICAL 8 PONTOS/MM, RESOLUCAO HORIZONTAL 16 PONTOS/MM.	Rolo	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	TECNOPRINT	Não exige	Não especifica todas as exigências do edital.	Isento	Apresentou, porém não especifica todas as exigências do edital.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as exigências do edital: 1. Compatível com equipamento Bionet cardiocare 2000; 2. Resolução vertical 8 pontos/mm, resolução horizontal 16 pontos/mm.
27	21512 - PAPEL TERMOSENSIVEL 210MM X 25M PARA ARCO EM C PAPEL TERMOSENSIVEL PARA IMPRESSÃO DE ALTA DENSIDADE, TAMANHO DO PAPEL 210MM (L) X 25 M, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO ARCO EM C DA MARCA PHILIPS E GE.	Unidade	MILLENUM COMERCIO SERVICIO LTDA	ULSTAR	Não exige	De acordo	Isento	Apresentou, porém não especifica todas as exigências do edital.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as exigências do edital: 1. Compatível com equipamento arco em C da marca Philips e GE.
28	917953 - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TIPO DE PAPEL: SULFITE BRANCO GRAMATURA: 75 GRM²TAMANHO: 280 X 215 MM COR: 1 X 0 MICROSERILHADO AO MEIO TIPO FORMULARIO CONTINUO EMBALAGEM: CAIXA COM 1.000 TIRAGEM MINIMA: 5.000 FLS	FL	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	PROPRIA	Não exige	De acordo	Isento	Apresentou diversos modelos de impressos que produzem, porém, não apresentou documentação técnica referente a papel para Eletrocardiografo.	Apresentou diversos modelos de impressos que produzem, porém, não apresentou documentação técnica referente a papel para Eletrocardiografo. Proposta desclassificada por não atender ao item 8.11 do edital.
29	11136 - PAPEL TÉRMICO P/ ECG EQUIP GE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS DA MARCA GE. MEDIDAS: 8 CM X 9 CM EM FORMATO Z FOLD. COMPRIMENTO MÍNIMO 25 M.	Unidade	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	TECNOPRINT	Não exige	De acordo.	Isento	Apresentou.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as exigências do edital: 1. Compatível com equipamentos da marca GE.
42	910639 - PAPEL TERMICO P/ECG MAC500	CX	TECNOPRINT IMPRESSOS	TECNOPRINT	Não exige	De acordo	Isento	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital.

	90X90MMX30M PAPEL TERMICO PARA ECG, COMPATIVEL COM O APARELHO MAC500. TAMANHO 90X90MMX30M, EM FORMATO Z FOLD.		TECNICOS LTDA					Proposta Classificada.	
43	27675 - PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG MAC 800 GE PAPEL PARA ECG COMPATÍVEL COM APARELHOS DE ECG MAC 800 - GE. PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG (ELETROCARDIOGRAFO), MILIMETRADO, INDICADO PARA REGISTRO DOS RESULTADOS DE EXAMES DE ECG (ELETROCARDIOGRAMA), MONITORAÇÃO DE PACIENTES, TESTES ERGOMÉTRICOS E EEG (ELETROENCÉFALOGRAMA). DEVE SER OFERTADO EM EMBALAGEM COM 1 BLOCO CONTENDO 400 FOLHAS DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG EM FORMATO Z-FOLD COM MEDIDAS EXATAS DE 110 MM X 140 MM X 400 FOLHAS. O PAPEL DEVE SER TERMOSENSÍVEL (PARA IMPRESSÃO TÉRMICA) PARA ECG COM GRANDE SENSIBILIDADE E GARANTIR ÓTIMA NITIDEZ DO TRAÇADO.	BLOCO	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	TECNOPRINT	Não exige	Não especifica todas as exigências do edital.	Isento	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 12/11/2024, às 16:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023536760** e o código CRC **74D8F749**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.145852-7

0023536760v5