

MEMORANDO SEI Nº 30791999/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 04 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção aos documentos SEI nº 30784456 segue as análises solicitadas:

Lo te	Item	Material/Serviço	Uni d. med ida	Forneced or	Marca	Descri tivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospe cto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Am ost ras ?	Parecer
		25612 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS) VÁLVULA DE SILICONE; BOCAL ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA		AABA			80275310 056, Registro	Apresentou, porém no prospecto apresentado o item ofertado cita "Temperatura de armazenagem e transporte de -10º a 40º Umidade", e com "Volume de 175ml" Não atende seguintes requisitos		No prospecto apresentado o item ofertado cita: 1- " Temperatura de armazenagem e transporte de -10º a 40º Umidade ". 2- Com " Volume de 175ml ". Não atende seguintes exigências do edital: 1. Volume 200 a

35	MÁSCARA ADULTO MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS (TERMODESINFECTORA); FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO..	UNID	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	G-TECH	DE ACORDO	Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 04/09/2026	exigências do edital: 1. Volume 200 a 250 ml; 2. Resistente à desinfecção em altas temperaturas; 3. Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora).	EXIGE	250 ml; 2. Resistente à desinfecção em altas temperaturas; 3. Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora) Haverá a necessidade de apresentar a amostra. Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.
40	912552 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERÇÃO), CALIBRADO (DISTÂNCIA DE INSERÇÃO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANÇA), COM DIÂMETRO EXTERNO DE 5 A 6	UNID	MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA	MEDTECH	DE ACORDO	1029994016, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 04/09/20	Apresentou o prospecto com descrição resumida do item. Ofertando o item em " Poliétileno de baixa densidade não citando a sua rigidez; " O edital exige que seja fabricado a partir de " Poliétileno de Alta Densidade e baixa rigidez ." Não	-----	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1- Fabricado a partir de Polietileno de Alta Densidade e baixa rigidez;

		MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDÉ COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE ANÉIS TRAQUEAIS).REGIST RO DO PRODUTO NA ANVISA.					26	deixa claro as exigênci as do edital: 1- Fabricad o a partir de Polietile no de Alta Densida de e baixa rigidez; 2-Ponta tipo coudé com angulaçã o aproxim ada de 35 a 40º.	2-Ponta tipo coudé com angulação aproximada de 35 a 40º.
41		4286 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL COM CANAL CENTRAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERCAO), CALIBRADO (DISTANCIA DE INSERCAO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANCA), COM DIAMETRO EXTERNO DE 05 A 06 MM E COMPRIMENTOS DE	UNI D	AABA COMERCI O DE EQUIPAM ENTOS MEDICOS LTDA	MEDTE CH	DE ACORD O	10299940 013, Registro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA	Apresent ou o prospect o com descriçã o resumid a do item. Ofertand o o item em " Polietil eno de baixa densida de não citando a sua rigidez; " O edital exige que seja fabricad o a partir de " Polietil eno de Alta Densida de e baixa rigidez ." Não deixa claro as seguinte s exigênci	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1- Fabricado a partir de Polietileno de Alta Densidade e baixa rigidez; 2-Ponta tipo coudé com

		60-70 CM, PONTA TIPO COUDE COM ANGULACAO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO DE ANEIS TRAQUEAIS) E CANAL CENTRAL PARA ASPIRACAO DE SECRECOES OU FORNECIMENTO DE OXIGENIO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.				em 04/09/2026	as do edital: 1- Fabricado a partir de Polietileno de Alta Densidade e baixa rigidez; 2-Ponta tipo coudé com angulação aproximada de 35 a 40º. 3- Canal Central de Aspiração de secreções ou fornecimento de oxigênio ;	angulação aproximada de 35 a 40º. 3- Canal Central de Aspiração de secreções ou fornecimento de oxigênio;
47	919409 - MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO PARA ADULTO COM RESERVATORIO MASCARA EM VINIL TRANSPARENT, MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL TECNICO, TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM), COM ELASTICO E PRESILHA EM AÇO AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTAVEL VALVULA UNIDIRECIONAL PARA CONEXAO COM RESERVATORIO 1.000 ML E EXTENSAODE MÍNIMO 1,5 M EM PVC PARA CONEXAO DA MASCARA COM	UNID	CIRURGICA UNIAO LTDA	ADVANTIVE	DE ACORDO	10296900077, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 04/09/2026	Apresentou o prospecto com a descrição resumida do item, não deixando claro as seguintes exigências do edital: 1- Tamanho aproximado (alt.10 cm x 8 cm X prof. 5 cm); 2-Com elástico e presilha em aço	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1-Tamanho aproximado (alt.10 cm x 8 cm X prof. 5 cm); 2-Com elástico e presilha em aço ajustável de nariz; 3-Reservatorio 1.000 ml; 4.Extensao de

		OXIGENIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DATA VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA.						ajustável de nariz; 3- Reservat orio 1.000 ml; 4.Extens ao de mínimo 1,5 m em PVC.	mínimo 1,5 m em PVC.
--	--	---	--	--	--	--	--	---	-------------------------

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 04/09/2026, às 11:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30791999** e o código CRC **50772009**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123700-1

30791999v9