

MEMORANDO SEI Nº 29906888/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 22 de junho de 2026.

À SAP.LCT

Prezados,

Em resposta aos Ofícios SEI 29902953 , encaminhamos análise das propostas apresentadas no Processo Licitatório SEI nº 26.0.074987-4, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qt d licitada	Fornecedor	Marca	Valor Unit. Lance	Proposta	Registro do Produto	Ficha técnica	Exige Amostras	Análise
1	19983 - MANTA TÉRMICA CORPO INTEIRO ADULTO PÓS-OPERATÓRIO MANTA EM POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MICROPERFURADA POR IGUAL, PERMITINDO DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE AR QUENTE. ENCHIMENTO DE GOMOS DE ALIMENTAÇÃO UNIFORME. CONTER FAIXA ADESIVA PARA FIXAÇÃO NA PELE. RESISTÊNCIA DE CALOR. NO MINIMO 1 (UMA) ENTRADA PARA MANGUEIRA. DESCARTÁVEL. MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 200 CM E LARGURA MÍNIMA 90 CM.	Unidade	1.560	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3M	37,99	Pág. 1 - 29898080	Anvisa : 80284930318 Pág. 3 - 29898080	Pág. 19 à 29 - 29898080	Não Exige (Produto já adquirido em ARP anterior no Hospital)	De Acordo
2	20001 - MANTA TÉRMICA CORPO INTEIRO ADULTO TRANS OPERATÓRIO MANTA EM POLIPROPILENO E PAPEL CIRÚRGICO MICROPERFURADA POR IGUAL, PERMITINDO DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE AR QUENTE. ENCHIMENTO DE GOMOS DE ALIMENTAÇÃO UNIFORME. CONTER FAIXA ADESIVA PARA FIXAÇÃO NA MESA CIRÚRGICA, RESISTENTE AO CALOR. ENTRADA PARA	Unidade	1.800	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MEDTRONIC	60,00	Pág. 1 - 29898073	Anvisa : 10349009048 Pág. 7 - 29898073	Pág. 15 à 43 - 29898073	Não Exige	Proposta Desclassificada (Descritivo solicita comprimento mínimo de 195cm e largura de 90cm, modelo CNOFB2 com dimensões, inflada, de

	MANGUEIRA NOS DOIS LADOS. DESCARTÁVEL. MODELO ADULTO. MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 195 CM E LARGURA 90 CM.										182cm de comprimento e 92cm de largura
3	19985 - MANTA TÉRMICA PARA PARTE SUPERIOR DO CORPO ADULTO MANTA EM POLIPROPILENO E PAPEL CIRÚRGICO MICRO PERFURADO POR IGUAL, PERMITINDO DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE AR QUENTE. ENCHIMENTO DE GOMOS DE ALIMENTAÇÃO UNIFORME. CONTER FAIXA ADESIVA PARA FIXAÇÃO NA PELE, RESISTENTE AO CALOR. NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA PARA MANGUEIRA. DESCARTÁVEL. MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 185 CM E LARGURA MÍNIMA 60 CM.	Unidad e	1.200	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3M	34,89	Pág. 1 - 2989808	Anvisa : 80284930318 Pág. 3 - 29898080	Pág. 19 à 29 - 29898080	Não Exige (Produto já adquirido em ARP anterior no Hospital)	De Acordo

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777300
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 22/06/2026, às 15:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29906888** e o código CRC **DA5D758C**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.074987-4

29906888v9