

MEMORANDO SEI Nº 31155198/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 06 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº **441/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **5/2026**.

Objeto: Aquisição de camas hospitalares, macas avançadas, colchões e colchonetes.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31151736 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de site (print de tela)	Análise prévia e diligência realizada	Parecer final
	18624 - CARRO MACA AVANÇADO RADIOTRASPARENTE - COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, BASE REVESTIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE FACILITE A LIMPEZA; - OPERAÇÃO QUE OPERE EM SISTEMA HIDRÁULICO A PEDAL; - LEITO RADIOTRASPARENTE COM SISTEMA PARA ACOPLAMENTO DE CHASSIS DE RAIO-X; ARTICULÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE ELEVÇÃO E DESCIDA DO LEITO, ELEVÇÃO DE CABECEIRA,							Análise prévia: Para continuidade da análise, tendo em vista a indicação de "imagem ilustrativa do produto ofertado" na ficha técnica apresentada, solicitamos que a empresa apresente a imagem real do produto ou confirme se a foto representa, de fato, o produto ofertado, conforme estabelecido no edital: 8.10.2 - Para todos os itens, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: (...) b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. É necessário também que a empresa confirme: 1. Que o colchão ofertado juntamente com a cama atende na íntegra as	

3	PERNAS E TRENDELEMBURG, PELO MENOS. - GRADES LATERAIS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. - PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA. - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. - HASTE DE SORO INOX COM NO MÍNIMO 2 GANCHOS. - RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 120 MM, COM SISTEMA DE FREIOS. - MEDIDAS MÍNIMAS DO LEITO (INTERNA) 180 CM X 60 CM (C X L); ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 60 CM E 90 CM PELO MENOS; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 150 KG. - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU COMP. DE ISENÇÃO; - ACOMPANHA COLCHONETE CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 28; REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), SEM VIÉS OU DEBRUNS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA 8 CM, LARGURA E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM AS MEDIDAS DO CARRO MACA OFERTADO. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	Unidade	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	RC Móveis RC 324	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80316080018, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/09/2026.	Apresentou	exigências do edital, inclusive possui certificação do Inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações. Resposta da diligência: Documento apresentado após diligência realizada: SEI nº 30840667. Nova diligência realizada: A ficha técnica apresentada no documento SEI nº 30773244 pág. 18, indica altura máxima de 950mm e altura mínima de 650mm e na segunda tabela, há a informação sobre dimensões opcionais: altura de 0,40 a 100 cm. Considerando a possibilidade de dimensões opcionais, a classificação da proposta está condicionada a empresa confirmar que o item que será entregue atende na íntegra as exigências do edital: 1- Altura ajustável entre 60 cm e 90 cm pelo menos. Resposta da diligência: a empresa RC Móveis e Equipamentos Hospitalares Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 31151662. Estamos encaminhando nossa tabela comparativa, onde destacamos todas as variações opcionais para o item ofertado. O item que estamos oferecendo seria o modelo em destaque na imagem, onde pode se certificar que é totalmente possível a entrega do material de acordo com o solicitado em edital.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
---	---	---------	---	------------------	---	---	------------	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 06/10/2026, às 06:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31155198** e o código CRC **460B2FFA**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.165745-0

31155198v5