

MEMORANDO SEI Nº 25508754/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de maio de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 128/2025.**Objeto:** Aquisição de Caixas Térmicas, Termômetros, Gelo Reutilizável e Termo-Higrômetros para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal São José.

Em atenção ao documento SEI nº 25501773, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado INMETRO	8.10.2 - Ficha técnica, Imagem de site, Prospecto	Parecer
7	25665 - TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMO/MÍNIMO PARA GELADEIRA TERMÔMETROS PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA INTERNA EM GELADEIRAS (MÁXIMA E MÍNIMA) E TEMPERATURA EXTERNA, COM LEITURA EM ° C, CABO COM SENSOR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180 CM; FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA INTERNA DA GELADEIRA (SONDA): - 20° C + 40 °C, FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA MÍNIMA (AMBIENTE): + 5° C +50 ° C. RESOLUÇÃO 0,1° C.; ALIMENTAÇÃO PILHA DE 1,5 VOLTS.	Unidade	UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	METRINS	INS1320	De acordo	Em consulta ao portal do Inmetro, não encontramos a exigência de regulação acerca do item em questão - Isento	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
	911847 - TERMOHIGROMETRO DIGITAL INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AR. CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: COM DOIS MOSTRADORES DE CRISTAL LÍQUIDO, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA E UMIDADE DE		VENUZTEC			Apres	Em consulta ao portal do Inmetro, não encont		o edital exige o fornecimento de pilhas para alimentação. A ficha técnica apresentada indica "Alimentação: 1 bateria AAA de 1,5V (não incluída)" e na proposta a empresa informou descrição resumida.

9	MANEIRA SIMULTANEA; COM MEMORIA DE MAXIMO E MINIMO, TANTO PARA TEMPERATURA COMO PARA UMIDADE; ESCALA DE TEMPERATURA MINIMA -10 A + 50 °C; RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA 0,1º C; ESCALA DE UMIDADE MINIMA 20 A + 95%; RESOLUÇÃO DE UMIDADE 1 %; BOTÃO LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO: PILHAS (INCLUSAS NO FORNECIMENTO). O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR MANUAIS DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.	PC	H SISTE MAS DE MEDI CAO E CONT ROLE LTDA	VENUZ TECH	ZHT C1	entou descri ção resum ida do item.	ramos V a exigên cia de regula ção acerca do item em questã o- Isento	Apresentou .	Aprovação condicionada a empresa confirmar: 1- Que será entregue as pilhas para alimentação do item ofertado. Caso a empresa não confirme claramente a informação a proposta será reprovada.
---	--	----	--	------------	--------	-------------------------------------	---	--------------	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/05/2025, às 15:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25508754** e o código CRC **D39494DD**.