



## Prefeitura de Joinville

### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282/2020

**Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e para o Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville**

### ESCLARECIMENTO

**Recebidos em 28 de julho de 2020 às 11h40min e 30 de julho de 2020 às 21h29min, respectivamente.**

**Questionamento II** (SEI 6801077): " *O descritivo do item -909408 - KIT PARA IDENTIFICACAO DE ENTEROBACTERIAS 50 TESTES, não especifica o tamanho do tubo. No mercado há o "mini kit" (pequeno) e o Kit "normal", com tubos de 100mm. O KIT cotado é o composto por tubos de 100mm? A quantitativo unitário deste kit é com 5 tubos a saber: Meio de Rugai, Meio de LMI, Meio de MIO, Meio de Rhamnose e Meio de Citrato. Portanto uma prova são 5 tubos. 50 tubos = 10 provas. O total solicitado 50 testes X 60 = 3.000 testes com 5 tubos cada? A descrição do produto na relação de itens não equivale ao descrito no edital: - **Reagente para diagnóstico clínico 7** **Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo: conjunto completo, tipo de análise: identificação gram negativos não-enterobactérias, método: cromogênico, apresentação: teste Vale a descrição do item no edital?"*

**Questionamento III** (SEI 6816486): "ITEM 7 – Qual o tipo de amostra da análise?"

**Resposta:** Conforme resposta encaminhada por meio do Memorando 6817743 - SES.UCC.ACM, assinado pelos servidores Ivosney João Leite Bueno e Ana Claudia Frantz, " Em atendimento aos pedidos de esclarecimentos apresentados pelas empresas (...) e (...), seguem as considerações: Inicialmente, informamos que o kit cotado é o normal (100 mm), sendo necessário que cada teste seja composto por cinco (05) meios: Meio Rugai, Meio de LMI, Meio de MIO, Meio de Rhamnose e Meio de Citrato. Desta forma, cada teste deverá ser composto por cinco (05) provas, contabilizando 3000 provas no total; Com relação ao questionamento sobre a divergência entre a descrição do item no sistema comprasnet e do edital, o que prevalecerá são as constantes no Edital, conforme item 1.11 do próprio edital. Considerando a necessidade de trazer maiores informações do item, a fim de possibilitar aos licitantes ofertarem itens compatíveis com as necessidades desta Administração, solicitamos a publicação de errata"

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Costa Sumi de Moraes**,  
**Servidor(a) Público(a)**, em 31/07/2020, às 11:47, conforme a Medida Provisória nº



2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6817896** e o código CRC **DB75F1C0**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

20.0.085609-2

6817896v5