

**ANÁLISE SEI Nº 0024843488/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 17 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 23/2025****LOTE 3****ITEM 05 - 26606 - TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA**

DESCRIÇÃO	26606 - TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA FAIXA DE LEITURA: 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; REAÇÃO ENZIMÁTICA: GLICOSE OXIDASE OU GLICOSE DESIDROGENASE COM NICOTINAMIDA-ADENINA, OU GLICOSE DESIDROGENASE COM FLAVINA-ADENINA DINUCLEOTÍDEO; QUE MEÇA POR APARELHO COM TECNOLOGIA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA, DESDE QUE POSSUA TECNOLOGIA QUE O DEPÓSITO DO SANGUE NA TIRA NÃO OCORRA NO CENTRO DO APARELHO GLICOSÍMETRO. PERMITA A VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA EM CRIANÇAS E ADULTOS, ACONDICIONADA EM FRASCO COM TAMPAS QUE A PROTEJA CONTRA FATORES AMBIENTAIS COM NO
FORNECEDOR	WISDOM FARMA
MARCA	MEDISIGN
REGISTRO ANVISA	80102512254
LOTE	HYI09H2D1
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	01 FRASCO COM 50 TESTES

AValiação Técnica**EMBALAGEM**

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA**LOTE 3****ITEM 06 - 32745 - GLICOSÍMETRO COM SISTEMA DE AVISO SONORO**

DESCRIÇÃO	332745 - GLICOSÍMETRO COM SISTEMA DE AVISO SONORO E SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS APARELHO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. DEVE REALIZAR LEITURA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA; FAIXA DE LEITURA DE 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; TEMPO DE LEITURA IGUAL OU INFERIOR A 25 SEGUNDOS; POSSUIR TELA DE LCD QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO NO MÍNIMO DOS VALORES DOS TESTES E INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE
-----------	--

	ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 300 TESTES; POSSUIR SISTEMA DE AVISO SONORO ("BEEP") COM NO MÍNIMO, EMISSÃO DOS SEGUINTE AVISOS: - AO LIGAR; - QUANDO O EQUIPAMENTO RECONHECER QUE O QUANTITATIVO DA AMOSTRA DE SANGUE APLICADO NA TIRA FOR SUFICIENTE PARA A LEITURA; - AO FINALIZAR A LEITURA (RESULTADO DISPONÍVEL); - ERRO (SOM DIFERENCIADO DOS DEMAIS AVISOS); POSSUIR SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS PARA O ARMAZENAMENTO LOCAL NO COMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE USO DE INTERNET E/OU ARMAZENAMENTO EM "NUVEM"; ACOMPANHA CABO USB COMPATÍVEL COM O APARELHO PARA TRANSMISSÃO DOS DADOS AO COMPUTADOR; DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS
FORNECEDOR	WISDOM FARMA
MARCA	MEDISIGN
REGISTRO ANVISA	80102512238
LOTE	HB3X381326
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	01 APARELHO

AValiação Técnica**Embalagem**

Apontamentos:

☒ Adequada ☐ inadequada ☐ Não se aplica**Atendimento ao Descritivo**

Apontamentos: Durante a análise da amostra, verificou-se que quando acusa erro, o glicosímetro possui o mesmo sinal sonoro dos demais sons (ao ligar, ao finalizar a leitura), porém o edital exige som diferenciado quando acusar erro.

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica**Funcionalidade/ Utilização Prática**

Apontamentos: Não possui aviso de erro com emissão de som diferente dos demais sinais

☐ Adequada ☒ inadequada ☐ Não se aplica**CONCLUSÃO: REPROVADA**

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 09/04/2025, às 14:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024843488** e o código CRC **00D4BA9B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.287959-3

0024843488v11