



## Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0018330449/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 12 de setembro de 2023.

### À SAP.LCT

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0018313703), segue análise técnica das propostas apresentadas para os itens 15 e 16:

| Item | Material/Serviço  | Unid. medida | Fornecedor                                  | Marca               | Proposta de acordo com o edital?  | 8.10.1- Registro Anvisa                                       | 8.10.4- Prospecto/Ficha Técnica ou Print de tela              | Parecer   |
|------|---|--------------|---|---------------------|---|---|---|---|
| 15   | 912420 - PINÇA DE BIOPSIA FIBROBRONCOSCÓPIA PINÇA DE BIOPSIA FIBROBRONCOSCÓPIA EM MATERIAL BIOCOMPATIVEL, FENESTRADA, ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM, TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2.0MM, AUTOCALVÁVEL. | PC           | DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | ARGUS/PJA-B-1810-BO | Indicou pinça com comprimento de 100 cm, inferior ao exigido no edital. | 80393910021- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Pág. 3  | A empresa ofertou pinça com comprimento de 100 cm, porém, o edital exige pinça com comprimento útil de 105 cm; no subitem 6.1 do anexo VI- Termo de Referência é indicado que "As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência <b><u>deverão ser iguais, como poderão ser superadas, desde que sejam mantidas as exigências conceituais de padrão, desempenho e funcionalidades da solução</u></b> ". Considerando que o item proposto possui medidas inferiores ao exigido no edital, <b>a proposta está reprovada.</b> |
| 16   | 912421 - PINÇA DE BIOPSIA MANDIBULA DE CROCODILO PINÇA DE BIOPSIA PARA FIBROBRONCOSCÓPIA, EM MATERIAL BIOCOMPATIVEL, COM  | PC           | RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA                  | ARGUS               | De acordo   | 80393910021- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Pág. 3, porém, não trás informações acerca das especificações | A empresa indicou na proposta descritivo de acordo com o exigido no   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---|
| MANDIBULA DE CROCODILO, DENTE DE RATO, FENESTRADA, COPA ALARGADA BASCULANTE, COMPRIMENTO 105CM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2.0MM, AUTOCLAVAVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do item ofertado | edital, porém, para atender ao item 8.10.4 do edital, anexou documentação com orientações de uso das pinças da marca ofertada, não trazendo informações acerca do item proposto. Para finalização da análise, solicitamos as seguintes informações da empresa:<br>1- Indicar qual o código de referência do item ofertado, visto que a marca em questão possui inúmeras pinças com diferentes especificações;<br>2- Complementar a ficha técnica apresentada, com as páginas que trazem as informações acerca do modelo, imagem e medidas do item proposto. |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---|

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 12/09/2023, às 09:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018330449** e o código CRC **6324D301**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.144121-5

0018330449v3