

MEMORANDO SEI Nº 27412993/2025 - SES.UME.APA

Joinville, 06 de novembro de 2025.

It em	Material/Ser viço	U ni d. m ed id a	For nec edor	Mar ca (Co mpr asn et)	Mo del o (Pr op ost a)	D es cri ti vo d e ac or d o c o m o e di ta l?	Pro spect o/ Fich a Tecn ica	Regis tro Anvis a	Am ostr as?	Parecer
04	41417 - BOMBA DE VÁCUO - USO ODONTOLÓGICO COM NO MÍNIMO 1 HP DE POTÊNCIA E CAPACIDADE PARA ATENDER NO MÍNIMO 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. TENSÃO 127V/220V 60HZ - AUTOMÁTICA.	UND	Alterm ed Mat Med Hosp Ltda	Gg	Gg mod. md6 00 1hp	SIM	DE ACO RDO COM O EDIT AL	ISEN TO	NÃ O	APROVADO
	41126 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONFECCIONADA EM METAL, SPRAY TRIPLO OU QUÁDRUPLO, ROLAMENTO CERÂMICO, ROTAÇÃO ENTRE 335.000 RPM A 420.000 RPM, ROTOR COM TOROIDES									Aprovação condicionada à consideração abaixo. Considerando-se que as canetas de alta rotação são equipamentos de uso muito

02	COM TORQUE ENTRE 0,05 A 0,18 NCM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SISTEMA DE CONEXÃO TIPO BORDEN - DOIS FUROS, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA POR BOTÃO DE PRESSÃO, BAIXO CONSUMO DE AR (ENTRE 32 A 50 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 30 A 35 LIBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	K2 Industria, Comércio, Importação e Exportação Ltda	KHAL KOS	Mod elo KS-108	SIM	Em desa cordo com o edital	81745 33900 2 VIGE NTE CONF ORM E CONS ULTA AO PORT AL ANVI SA EM 06/11/ 2025	SIM	frequente e são mito sensíveis aos cuidados tecnicos quanto a esterilização, limpeza e lubrificação, solicitamos que o proponete envie copia do manual de instruções ao usuário , registrado na anvisa, afim de verificarmos se todos os procedimento s acima listados estão orientados de acordo com o preconizado pela Secretaria da Saúde de Joinville-SC	



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) PÚBLICO(a)**, em 06/11/2025, às 08:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27412993** e o código CRC **7C0F2DA7**.

Rua Max Colin, 550 - Bairro América - CEP 89204-040 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.114879-1

27412993v6