



MEMORANDO SEI Nº 26047915/2025 - SES.UFL.LAB

Joinville, 08 de julho de 2025.

À
SAP.LCT - Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 220/2025.
Objeto: Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de

Joinville

Prezada Senhora,
Em atenção aos MEMORANDO SEI Nº 26034758 - SAP.LCT, temos o que segue:

a) análise das Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 220/2025, conforme tabela abaixo:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Image m do site 8.10.2	Parecer
18	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL	Apresentou o descritivo do Edital, necessário diligenciar para verificar o pleno atendimento aos requisitos.	10379860188 - Registro vigente, confirmado no Portal da Anvisa	Sim, porém sem imagem do escalpe e sem especificar as dimensões do modelo ofertado.	Solicitamos diligência junto a empresa e questionamos: 1) O adaptador é fixo no escalpe ou separado? 2) E caso de adaptador separado, ele possui mecanismo de descarte automático?

	ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.						3) Em caso de adaptador separado, qual o Registro no Ministério da Saúde do adaptador? 4) Qual o comprimento (dimensões) do escalpe ofertado? 5) Quantos unidades de escalpes vem em cada caixa? 6) Enviar imagem do escalpe e do adaptador.
--	---	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 09/07/2025, às 10:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26047915** e o código CRC **6088B5DB**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br