



MEMORANDO SEI Nº 0014687646/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 19 de outubro de 2022.

À SAP.LCT

Encaminhamos o parecer das amostras apresentadas para o item 22:

Item	Material/Serviço	Marca	Unid. medida	EMPRESA	8.9.1-REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA	PARECER
22	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, BRANCO. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS APROXIMADAS = 115 X 150 CM, SENDO ACEITO VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	DESCARBOX	Peças	SERVBOX	80937630025	Conforme parecer técnico 0014687372, A técnico 0014465670, " técnico 0014465670, "O edital exige avental com medidas de 115 X 150 cm e a amostra apresentada possui medidas de 106 X 125 cm." <b>Amostra reprovada.</b>

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 19/10/2022, às 16:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014687646** e o código CRC **2C5442E0**.



**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022  
ITEM 22

DESCRIÇÃO	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, BRANCO. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS APROXIMADAS = 115 X 150 CM, SENDO ACEITO VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO
FORNECEDOR	SERVBOX
MARCA	DESCARBOX
REGISTRO ANVISA	80937630025
LOTE	6719
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	10 unidades

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

**EMBALAGEM**

Apontamentos:

Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: O edital exige avental com medidas de 115 X 150 cm e a amostra apresentada possui medidas de 116 X 128 cm.

( ) Adequada  inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Não possui as medidas exigidas no edital.

( ) Adequada  inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO: REPROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 19/10/2022, às 15:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador 0014687372 e o código CRC 461E9F62.